

**Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa**

Warszawa, 07 października 2022 roku

BAD.241.2.9.2022

Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów
Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.**

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie nr 1

Rozdział 4: Czy Zamawiający w pkt. 1.11 wymaga rurki pomiarowej z kontrolowaną temperaturą ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w pkt. 1.11 formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2d do SWZ wymaga rurki pomiarowej z kontrolowaną temperaturą.

Pytanie nr 2

Rozdział 4: Czy Zamawiający wymaga dostawy polarymetru wraz z termostatem, umożliwiającym kontrolę temperatury próbki ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga dostawy polarymetru wraz z termostatem, umożliwiającym kontrolę temperatury próbki.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony **na 14 października 2022 roku na godz. 9:30** oraz otwarcia ofert ustalony **na 14 października 2022 roku na godz. 10:00.**

Z poważaniem

Ewa Krzyżewska-Kuran

Dyrektor Generalny

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/