

Rzeszów, dnia 11.10.2021r.

### Odpowiedź na pytania VIII Wykonawca

Komisja Przetargowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Rzeszowie przekazuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 11.10.2021r. „*Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Rzeszowie*” i dotyczyło treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załączników.

**Sprawa SA.272. 18.2021**

#### *Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego*

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty certyfikatów w języku angielskim? **TAK.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca acetonu w opakowaniu 1x5ml (pozycja nr 1, pakiet nr 9)? **Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 2x5ml.**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca benzenu o czystości 98% i dacie ważności 22 stycznia 2030 r. (pozycja nr 2, pakiet nr 9)? **TAK.**
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca benzenu w opakowaniu 1x1ml (pozycja nr 2, pakiet nr 9)? **TAK.**
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca 2-chloronaftalenu o czystości nie mniejszej niż 98% (pozycja nr 5, pakiet nr 9)? **TAK.**
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca 2-(2-butoksyetoksy)etanolu o czystości 99% i dacie ważności 8 lutego 2024 r. (pozycja nr 6, pakiet nr 9)? **TAK.**
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca cykloheksanu o dacie ważności 21 października 2025 r. (pozycja nr 7, pakiet nr 9)? **TAK.**
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca etylobenzenu o dacie ważności 18 grudnia 2028 r. (pozycja nr 11 i 23, pakiet nr 9)? **TAK.**

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca 2-fenoksyetanolu w opakowaniu 4x250mg (pozycja nr 12, pakiet nr 9)? 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca toluenu o dacie ważności 21 lipca 2030 r. (pozycja nr 18, pakiet nr 9)? **TAK.**

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca m-ksylenu o dacie ważności 7 listopada 2027 r. (pozycja nr 19, pakiet nr 9)? **TAK.**

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca o-ksylenu o dacie ważności 9 listopada 2030 r. (pozycja nr 20, pakiet nr 9)? **TAK.**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca p-ksylenu o dacie ważności 26 lipca 2029 r. (pozycja nr 21, pakiet nr 9)? **TAK.**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca octanu 2-metoksy-1-metyloetylu o czystości 98,5% (pozycja nr 26, pakiet nr 9)? **TAK.**

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca styrenu o dacie ważności 13 lutego 2027 r. (pozycja nr 27, pakiet nr 9)? **TAK.**

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca tetrachloroetenu o czystości nie 99.4% i o dacie ważności 12 marca 2023 r (pozycja nr 28, pakiet nr 9)? **TAK.**

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca 1,2,4-trimetylobenzenu o czystości 98.2% i o dacie ważności 3 lutego 2031 r (pozycja nr 30, pakiet nr 9)? **TAK.**

18. Proszę o podanie przykładowego numeru katalogowego i producenta materiału (pozycja nr 38, 39, 40, 41, 42, pakiet nr 9).

W odpowiedzi przesyłam przykładowe numery katalogowe zamawianych produktów:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|
| 38 | CRM Cyjanki ogólne dla wody do picia w zakresie 1-100 µg/l, z dołączonym certyfikatem jakości (z określoną zawartością, niepewnością, numerem serii, datą ważności określonego produktu), producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 (akredytowany w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | amp. | 1 | ERA1345  |
| 39 | CRM Rtęć dla wody do picia w zakresie NISKIM: 0,1-1,2 µg/l, z dołączonym, świadectwem jakości (z określoną zawartością, niepewnością, numerem serii, datą                                                                                                                                                                                                                   | amp. | 1 | ERA 1341 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------|
|    | ważności określonego produktu), producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |   |          |
| 40 | CRM - środki ochrony roślin, herbicydy - dla wody do picia ( zawierające związki takie jak: metoksuron,symazyna, chlorotoluron, atrazyna, izoproturon, propazyna, linuron,metolachlor - w całości lub częściowo), najlepiej w zakresie 40-400 µg/l (ewentualnie w zakresie 2-20 µg/l), z dołączonym certyfikatem jakości producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034) z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia. | amp. 2 ml | 1 | ERA 674  |
| 41 | CRM WWA dla wody do picia ( zawierające związki: benzo(a) piren, benzo(b) fluoroanten, benzeno(k) fluoroanten, benzeno (g,h,i) perylen, indeno(1,2,3-cd piren), najlepiej w zakresie 1-10 µg/l (ewentualnie w zakresie 0,5-5 µg/l), z dołączonym certyfikatem jakości, producent spełniający wymagania DA 06 wyd.7 z 20.04.2020 ( wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB , akredytowany producent materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034), z terminem ważności co najmniej rok od daty dostarczenia.                                                  | amp. 2 ml | 1 | ERA 715  |
| 42 | OWO /TOC/ CRM dla wody do picia, w zakresie 1-10 mg/L, z dołączonym certyfikatem jakości, producent akredytowany w odniesieniu do PN-EN ISO 17034:2017-03; co najmniej 2/3 terminu ważności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | amp.      | 1 | Era 1354 |

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca jonów żelaza w 2-5% HNO<sub>3</sub>? (pozycja nr 56, pakiet nr 9)? **TAK.**

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca alachloru w opakowaniu 100mg lub 250mg (pozycja nr 1, pakiet nr 11)? **Zamawiający potrzebuje wzorca alachloru w opakowaniu 250mg.**

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

Waldemar Cwiągala

10-20