



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach**

Katowice, 12-03-2026 r.

OKA.D-2.2431.3.2026. DK

**WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dot. Zamówienie o wartości mniejszej niż 170.000,00 PLN (netto) lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: **Dostawa Wagi precyzyjnej z legalizacją min. 35 kg dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg– Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach**
Znak postępowania: **OKA.D-2.2431.3.2026**

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi w zakresie:

Pytanie 1

- 1) Czy Zamawiający dopuści wagę precyzyjną z miernikiem niezintegrowanym z platformą tzn. miernik jest przymocowany do platformy kablem, istnieje możliwość dowolnego ustawienia miernika z przodu lub z boku platformy?

Odpowiedź na pytanie 1

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt. 4 miernik powinien być zintegrowany oznacza to, że jest trwale połączony z urządzeniem stanowiąc jego integralną, niewymienną część. Zamawiający nie dopuszcza wagi precyzyjnej z miernikiem niezintegrowanym z platformą.

Pytanie 2

- 2) Czy Zamawiający dopuści formę płatności jako przedpłata na podstawie faktury pro forma?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie dopuszcza formy płatności jako przedpłata na podstawie faktury pro forma. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt. 6 płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Pytanie 3

- 3) Czy Zamawiający wymaga wraz z dostawą usługi instalacji/uruchomienia lub szkolenia z obsługi urządzenia? Jeśli nie, czy dostawa może odbyć się za pośrednictwem firmy kurierskiej?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie wymaga wraz z dostawą usługi instalacji/uruchomienia oraz szkolenia z obsługi urządzenia. Urządzenie objęte zamówieniem powinno zostać dostarczone do wskazanej lokalizacji zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w dniu robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, WTiJBD – LD, GDDKiA O/Katowice, 43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 6.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Przemysław Juszczyk
p.o. Dyrektora Oddziału