

 Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Biuro Inspekcji Wewnętrznej	Warszawa, dn. 23 lipca 2024 r.
Nr kancelaryjny: BIW4.2610.13.2024	

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania na sprzedaż i dostawę apteczek osobistych oraz zestawów ratownictwa medycznego R1

1. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści opisu przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1:

Pytanie: 1. *Jeżeli wymagają Państwo butli tlenowej napełnionej tlenem proszę o informację czy będą Państwo oczekiwali aby firma , która zostanie wybrana do realizacji przedstawiła dokument zezwolenia GIF na obrót lekami ?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego zezwolenie na obrót lekami.

Pytanie nr 2:

Pytanie: 2. *Proszę o usunięcie zapisu, iż wymagają Państwo butli napełnionej tlenem.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

Pytanie nr 3:

Pytanie: 3. *Proszę o dopuszczenie materiałów opatrunkowych z terminem przydatności min. 80 % całkowitego terminu, który nadaje producent . Niemożliwe jest dostarczenia wszystkich produktów z data przydatności minimum 07.2027 ponieważ niektóre produkty mają max. 24 miesięczny okres przydatności*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów z terminem przydatności min. 80% całkowitego terminu, który daje producent.

Pytanie nr 4:

Pytanie 4. Czy wyrażą Państwo aby płyn do dezynfekcji skóry i rąk Bioseptol 80, 250 ml zastąpić produktem równoważnym ? (BIOSEPTOL nie jest już produkowany).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie płynu Bioseptol 80, 250 ml produktem równoważnym. Pojemność produktu równoważnego nie może być mniejsza niż 250 ml.

Pytanie nr 5:

Pytanie 5. Proszę o podanie specyfikacji noszy mobilnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane nosze zapewniły udźwig min. 140 kg., a ich długość po rozłożeniu wynosiła min. 200 cm. Konstrukcja noszy składana, łatwa w transporcie. Nosze powinny znajdować się w odrębnym pokrowcu / torbie.

Pytanie nr 6:

Pytanie 6. Czy dopuszczą Państwo nosze z rączką, które można złożyć na pół i przenieść w pokrowcu (dołączonym do zestawu) o specyfikacji : wykonane z wytrzymałego stopu aluminium oraz wysokiej jakości laminowany PCV . Udźwig :do 159 kg, Wymiary noszy rozłożonych : 215 cm x 52 cm x 12 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy o wskazanych parametrach.

Pytanie nr 7:

Pytanie 7. Czy wymagają Państwo aby opaska uciskowa taktyczna posiadała rekomendację TCCC ? Tylko w ten sposób unikną Państwo staz bardzo słabej jakości , które mogą pęknąć i zagrozić zdrowiu i życiu poszkodowanego

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby opaska uciskowa taktyczna posiadała rekomendację komitetu TCCC (Tactical Combat Casualty Care) .

2. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **26 lipca 2024 r.**

Zastępca Dyrektora
Biura Inspekcji Wewnętrznej

Mariusz Grabarczyk
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/