



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy

Sekcja Administracyjna

znak sprawy: ADM.272.10.2026

Legnica, data: 17 września 2026 r.

nazwa adresata:

Wykonawca zadający pytania oraz strona internetowa prowadzonego postępowania.

Dotyczy: **Wyjaśnieni a treści opisu przedmiotu zamówienia**
(nr zamówienia ADM.272.10.2026).

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi postępowania pn. *Sukcesywne dostawy pożywek mikrobiologicznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy przez okres 12 miesięcy, dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy*, w zakresie **Pakietu I – pożywki sypkie 500 g**, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do opisu przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1.

„1.Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 agaru odżywczego o składzie:

‘Lab-Lemco’ powder	grams per litre	1.0
Yeast extract		2.0
Peptone		5.0
Sodium chloride		5.0
Agar		15.0

Odpowiedz:

Nie wyrażamy zgody na zmianę składu pożywki agaru odżywczego.

Pytanie 2.

„2 . Czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie do innego pakietu pozycji 8 tj. Agar Rambach, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów i zwiększenie konkurencyjności składanych ofert?”

Odpowiedz:

Nie, ponieważ pożywka Rambach jest w pakiecie: Pożywki sypkie, 500 g i nie ma możliwości umiejscowienia w innym pakiecie.

Pytanie 3.

„3. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 dwóch osobnych suplementów tj. Emulsja jajeczna w op. 100 ml i suplementu polimiksyna w op. 10 fiolek każda na 500 ml podłoża?”

Odpowiedz:

Nie

Pytanie 4.

„4. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 14 proteose pepton o specyfikacji:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy
ul. Adama Mickiewicza 24, 59-220 Legnica
+48 76 72 45 310
adres email: psse.legnica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-43343-95501-WSFTV-23

Physical Characteristics

Appearance	Straw, free-flowing powder
Absorbance at 450nm (2% soln.)	0.169 - 0.460 units
pH (25°C) (2% soln.)	7.0 ± 0.2
Clarity (2% soln.)	Clear, comparable to standard
Loss on drying	Less than or equal to 7.5%

Chemical Characteristics

Ash	8.9 - 19.6%
Chloride (as NaCl)	Less than or equal to 13.9%
Formol nitrogen	2.2 – 3.3%
Total nitrogen	12.0 - 14.1%

Odpowiedz:

Nie

Pytanie 5.

„Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 20 pożywki SS o składzie:

'Lab-Lemco' powder	grams per litre	5.0
Peptone		5.0
Lactose		10.0
Bile salts		8.5
Tri-sodium citrate		10.0
Sodium thiosulphate		8.5
Iron (III) citrate		1.0
Brilliant green		0.00033
Neutral red		0.025
Agar		15.0

Odpowiedz:

Nie

Pytanie 6.

„6. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 24 pożywki Wilson Blair o składzie:

..	grams per litre	
Peptone		5.0
'Lab-Lemco' powder		5.0
Glucose		5.0
Di-sodium phosphate		4.0
Iron (II) sulphate		0.3
Bismuth sulphite indicator		8.0
Brilliant green		0.016
Agar		12.7

Odpowiedz:

Nie

Podpisał:

Dyrektor

Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy

Jacek Watral

(pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)