



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

Sekcja Administracyjno-Techniczna

Jelenia Góra, dnia 08.12.2025r.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
do Zapytania ofertowego ADM.2600.16.2025.KL

PYTANIE 1 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki działającej w zakresie temperatur od -50 °C do -86 °C?

Do zadania 2

ODPOWIEDŹ do pytania 1

Do zadania 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zakup zamrażarki z zakresem temperatur od -50°C do -86°C

PYTANIE 2 :

Do zadania 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w alarmy: nieprawidłowej temperatury, zaniku zasilania w sieci, niskiego poziomu baterii, awarii systemu oraz konieczności czyszczenia filtra, bez alarmu otartych drzwi?

ODPOWIEDŹ do pytania 2

Do zadania 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zakup zamrażarki bez alarmu otwartych drzwi.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze
ul. Jana Kasprowicza 17 | 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 35 560 | fax +48 75 64 35 561
REGON: 000313779 | NIP: 611-10-96-868
adres e-mail: psse.jeleniagora@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-54276-22812-FEDBS-25
<https://www.gov.pl/web/psse-jelenia-gora>