



AG.240.1.2025.BM

Kraków, dnia 5 marca 2025 r.

Modyfikacja SWZ

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację automatycznej stacji do przygotowywania bibliotek NGS.

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, iż wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 2:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczony system objęty był 24 miesięczną gwarancją producenta, z wyłączeniem kosztów związanych z ewentualną konserwacją oraz wymianą elementów zużywalnych? Gwarancja producenta nie obejmuje wymiany elementów zużywalnych, które podlegają wymianie w zależności od częstotliwości użytkowania sprzętu, natomiast wszystkie usterki w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.”

Odpowiedź 2:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczony system posiadał zaimplementowane gotowe skrypty do następujących zestawów odczynników: Celero™ EZ DNA-Seq (Tecan), Nextera XT DNA Library Preparation Kit (Illumina), Illumina DNA Prep (Illumina) a skrypty dla zestawów odczynników: ForenSeq® DNA Signature Prep (Illumina) oraz Ion AmpliSeq® Library 2.0 (Thermo Fisher) będą dostarczone w ciągu 4 miesięcy od dostawy?”

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w terminie 4 miesięcy od daty dostawy systemu zaimplementowanych gotowych skryptów do następujących zestawów odczynników: Celero™ EZ DNA-Seq (Tecan), Nextera XT DNA Library Preparation Kit (Illumina), Illumina DNA Prep (Illumina) a skrypty dla zestawów odczynników: ForenSeq® DNA Signature Prep (Illumina) oraz Ion AmpliSeq® Library 2.0 (Thermo Fisher).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jego zakres i charakter nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Dariusz Zuba

*Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*