

Górzno, dnia 31.03.2025 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA NR 2

W odpowiedzi na złożone zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu **28.03.2025** r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2025/BZP 00159262, nazwa zamówienia: „**Dostawa sprzętu do rehabilitacji do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie**”, na podstawie art. 284 ust. 2 w/w ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zapytania dotyczą pakietu nr 3 opisanego w załączniku nr 1C do SWZ, tj. łóżko rehabilitacyjne obrotowe z funkcją fotela i pionizacji (4 sztuki).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednym pilotem czytelnie oznaczonym do regulacji funkcji łóżka i do regulacji funkcji obrotu i pionizacji – jest to rozwiązanie bardziej funkcjonalne i bezpieczne dla użytkownika?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 455-845 mm?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji frontu od podłogi do końca frontu 870-1270 +/- 10 mm?

Odpowiedź

Tak.


DYREKTOR
SP ZOZ MGWA CENTRUM REHABILITACJI
W OLSZTYNIE
mgr Magdalena Wilk
Zamawiający