

Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
90-046 Łódź, ul. Wodna 40
Tel. 42 253 62 10

Łódź, dnia 30.06.2026 r.

NS E.1611.2.2.2026

**Pani
Katarzyna Marczak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bełchatowie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 158) oraz art. 8a i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.) w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bełchatowie, ul. Okrzei 49, 97-400 Bełchatów w dniu 01.06.2026 r. przeprowadzona została kontrola przez Joannę Gawrysiak – asystenta w Oddziale Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i Agnieszkę Stelmasiak – młodszego asystenta w Oddziale Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym.

Upoważnienie do kontroli Joanny Gawrysiak nr 46/2026 z dnia 19.05.2026 r.

Upoważnienie do kontroli Agnieszki Stelmasiak nr 47/2026 z dnia 19.05.2026 r.

w zakresie:

1. przedmiot kontroli:
 - kontrola zagadnień dotyczących nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi,
 - kontrola zagadnień dotyczących nadzoru sanitarnego nad podmiotami leczniczymi,
 - kontrola zagadnień dotyczących postępowania z preparatami szczepionkowymi,
 - kontrola zagadnień dotyczących prowadzenia działań wobec osób odmawiających wykonywania obowiązku szczepień ochronnych dzieci.
2. okres objęty kontrolą obejmował zagadnienia za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 01.06.2026 r. oraz dla wybranych zagadnień (działania podejmowane w przypadkach podejrzeń zbiorowych zakażeń jelitowych i zatruc pokarmowych, nadzór epidemiologiczny nad podejrzeniami i zachorowaniami na gruźlicę oraz gruźlicę lekooporną, zachorowania na gruźlicę w skupiskach dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych, skargi i interwencje dotyczące się podmiotów leczniczych na nadzorowanym terenie).

W Sekcji Epidemiologii i Statystyki Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bełchatowie (zwanej dalej PSSE w Bełchatowie) zatrudnionych jest 5 osób: 1 osoba zatrudniona na stanowisku Z-ca PPIS – nadzór nad działalnością Sekcji Epidemiologii i Statystyki, 2 osoby zatrudnione na stanowisku starszego asystenta zajmujące się zagadnieniami nadzoru nad wykonywaniem szczepień ochronnych oraz egzekucją obowiązku szczepień ochronnych, 1 osoba zatrudniona na stanowisku starszego asystenta zajmująca się zagadnieniami nadzoru nad podmiotami leczniczymi oraz statystyką chorób zakaźnych, 1 osoba zatrudniona na stanowisku starszy technik zajmująca się zagadnieniami nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi

1. Nadzór epidemiologiczny nad odrą i różyczką.

W kontrolowanym okresie tj. 01.01.2024 r. – 01.06.2026 r. nie zgłoszono żadnego podejrzenia odry ani różyczki do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie (zwanego dalej PPIS w Bełchatowie).

PPIS w Bełchatowie w okresie objętym kontrolą pisemnie przypomniał podmiotom leczniczym na podległym terenie o możliwości wykonywania badań molekularnych i serologicznych w kierunku odry i różyczki w ramach Programu WHO Eliminacji Odry i Różyczki. Ponadto przypomniał o konieczności niezwłocznego zgłaszania do PSSE w Bełchatowie każdego przypadku podejrzenia odry – pismo znak: Ep.9022.5.2024 z dnia 20.02.2024 r. i pismo znak: Ep.9022.31.2024 z dnia 28.03.2024 r.

2. Nadzór epidemiologiczny nad zbiorowymi zatruciami pokarmowymi i zakażeniami jelitowymi.

Jak wynika z informacji przekazanych przez PPIS w Bełchatowie, w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 01.06.2026 r. na terenie nadzorowanym przez PPIS w Bełchatowie odnotowano 2 ogniska zatruc pokarmowych. Ogniska te zostały zarejestrowane w Systemie ROE:

- w 2024 r. – odnotowano 1 ognisko,
- w 2025 r. – nie odnotowano ognisk,
- w 2026 r. do dnia kontroli – odnotowano 1 ognisko.

Każde z tych ognisk wymagało przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia epidemiologicznego. Jedno ognisko wystąpiło w Przedszkolu i Żłobku „Aktywne maluchy”, znajdujących się w jednym budynku. Do tego przedszkola i żłobka posiłki dostarcza jedna firma cateringowa. Drugie zarejestrowane ognisko było ogniskiem domowym. W obu ogniskach czynnikiem etiologicznym była *Salmonella Enteritidis*. Oba ogniska zarejestrowane są w systemie ROE.

W ramach niniejszej kontroli dokonano przeglądu przypadków zatruc pokarmowych salmonellozowych, odnotowanych w systemie informatycznym Epibaza w 2025 r., na terenie powiatu bełchatowskiego. W tymże roku nie odnotowano zatruc pokarmowych.

3. Nadzór epidemiologiczny nad osobami narażonymi na kontakt z odzwierzęcymi wirusami grypy

PPIS w Bełchatowie pismami znak: Ep.9022.109.2024 z dnia 05.08.2024 r., znak: Ep.9022.166.2024 z dnia 17.09.2024 r., znak: Ep.9022.40.2025 z dnia 30.01.2025 r. i znak: Ep.9022.54.2025 z dnia 08.10.2024 r., przesłał do podmiotów leczniczych na terytorium powiatu bełchatowskiego pismo Głównego Inspektora Sanitarnego znak: EP.NE.070.5.2024 z dnia 11.09.2024 r. wraz z „Wytycznymi dla hodowców/właścicieli i pracowników ferm zwierząt oraz dla osób mających kontakt ze zwierzętami, do wszystkich podmiotów leczniczych na nadzorowanym terenie.

Na terenie powiatu bełchatowskiego nie odnotowano przypadków zachorowań na wysoce zjadliwą grypę ptaków A/H5N1 wśród drobiu hodowlanego ani ptaków wolnożyjących. W związku z powyższym nie było konieczności obejmowania nadzorem epidemiologicznym osób narażonych.

4. Nadzór epidemiologiczny nad gruźlicą

W kontrolowanym okresie tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 01.06.2026 r. zgłoszonych zostało:

- 2024 r. – 9 przypadków gruźlicy,
- 2025 r. – 10 przypadków gruźlicy,
- 2026 r. do dnia kontroli - zgłoszono 1 przypadek gruźlicy.

W trakcie kontroli ustalono, że osoby z najbliższego otoczenia z chorym na gruźlicę płuc kierowane są pod nadzór do przychodni POZ celem objęcia nadzorem lekarskim, z jednoczesną prośbą pisemną, (pisma znak: Ep.9022.96.2024 z dnia 19.06.2024 r., znak: Ep.9022.53.2025 z dnia 22.04.2025 r. i znak: 9022.212.2025 z dnia 15.01.2026 r.), o udzielenie przez POZ zwrotnej informacji pisemnej na temat podjętych działań w ramach nadzoru lekarskiego.

Ponadto w przypadku osoby przebywającej w skupisku dziecięcym np. ucznia szkoły, PPIS w Bełchatowie kieruje pismo do Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Płuc Dzieci dla województwa łódzkiego, z prośbą o wydanie opinii na temat działań, które powinny być podjęte w danej placówce. Po uzyskaniu zaleceń konsultanta, PPIS w Bełchatowie kieruje pismo do Dyrekcji placówki informujące, że w trakcie dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że u osoby uczęszczającej do powyższej placówki rozpoznano gruźlicę płuc i w związku z koniecznością objęcia nadzorem epidemiologicznym osób z kontaktu, należy przekazać listę osób, które miały kontakt z chorym oraz wskazać termin przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Na terenie powiatu bełchatowskiego w kontrolowanym okresie tj. od. 2024 r. do dnia kontroli nie odnotowano zachorowań na gruźlicę w skupiskach dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych.

W kontrolowanym okresie w PPIS w Bełchatowie odnotowano w 2024 r., 1 przypadek gruźlicy wielolekoopornej. Osoby z kontaktu domowego oraz osoby z najbliższego kontaktu (tj. miejsca pracy) z chorym zostały skierowane przez PPIS w Bełchatowie do poradni POZ,

gdzie otrzymały skierowanie do poradni specjalistycznej oraz na badania obrazowe klatki piersiowej. Wyniki wszystkich przebadanych osób z kontaktu z chorym były ujemne.

5. Działania podejmowane w zakresie pozyskiwania próbek w celu sekwencjonowania genomu wirusa SARS-CoV-2 i w celu wykonywania badań w kierunku grypy

PPIS w Bełchatowie pisemnie zwrócił się do podmiotów leczniczych na podległym terenie o podjęcie współpracy w zakresie pobierania wymazów od pacjentów z rozpoznanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu wykonania badania PCR i sekwencjonowania genomu wirusa u powyższych pacjentów. W okresie objętym kontrolą PPIS w Bełchatowie wysłał pismo znak: PPIS.Ep.9022.3.03.2024 z dnia 01.02.2024 r. do wszystkich podmiotów leczniczych na nadzorowanym terenie przypominające o konieczności pozyskiwania próbek do sekwencjonowania genomu wirusa SARS-CoV-2 na terenie powiatu bełchatowskiego.

Do sekwencjonowania genomu wirusa SARS-CoV-2 w laboratorium WSSE w Łodzi w kontrolowanym okresie, PPIS w Bełchatowie przekazał w 2025 r. - 8 próbek, a w 2026 r. do dnia kontroli nie przesłano żadnej próbki.

PPIS w Bełchatowie brał udział w programie wirusologicznego i epidemiologicznego nadzoru nad grypą i zakażeniami grypopodobnymi - SENTINEL w 2024 r. przekazał 11 próbek do badań w kierunku grypy, w 2025 r. przekazał 13 próbek do tych badań, a w 2026 r. do dnia kontroli przekazał 5 próbek.

Nadzór sanitarny nad podmiotami leczniczymi

W 2024 r. na nadzorowanym przez PPIS w Bełchatowie terenie znajdowało się 267 podmiotów leczniczych według zarządzającego. W 2025 r. na nadzorowanym terenie znajdowały się 253 podmioty lecznicze według zarządzającego, a w 2026 r. na nadzorowanym terenie znajdują się 254 podmioty lecznicze według zarządzającego.

Na 2024 r. zaplanowano 115 kontroli sanitarnych w nadzorowanych podmiotach leczniczych. Zgodnie z harmonogramem kontroli wykonano 114 kontroli sanitarnych. Niewykonanie jednej kontroli spowodowane było likwidacją podmiotu leczniczego. Na 2025 r. zaplanowano 119 kontroli sanitarnych w nadzorowanych podmiotach leczniczych. Zgodnie z harmonogramem kontroli wykonano 119 kontroli sanitarnych. Łącznie wykonano 148 kontrole. Wykonanie kontroli poza harmonogramem było spowodowane nowo otwartymi podmiotami leczniczymi i ponownymi kontrolami po negatywnych kontrolach. Jedna kontrola poza harmonogramem wykonana była z powodu zmiany lokalizacji podmiotu leczniczego.

W 2026 r. zaplanowano 78 kontroli sanitarnych w nadzorowanych podmiotach leczniczych, do dnia 01.06.2026 r. wykonano 27 kontroli sanitarnych.

W 2024 r. PPIS w Bełchatowie przeprowadził 20 kontroli sanitarnych w szpitalach, w 2025 r. przeprowadzono 32 kontrole. Natomiast w roku 2026 do dnia kontroli w szpitalach przeprowadzono 8 kontroli. W zakresie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych PPIS w Bełchatowie przeprowadza 1 kontrolę na rok. Każda kontrola sanitarna przeprowadzana przez PPIS w Bełchatowie obejmuje przypomnienie zasad dotyczących stosowania środków ochrony osobistej, higieny rąk personelu oraz gospodarowania odpadami medycznymi. Na terenie powiatu bełchatowskiego znajdują się dwa szpitale.

W 2025 r. do dnia kontroli do PPIS w Bełchatowie zgłoszone zostały 3 ogniska epidemiczne przez Szpital Wojewódzki w Bełchatowie. W związku z ogniskami

epidemicznymi PPIS przeprowadził 3 kontrole. W 2024 r. i 2026 r. nie zgłoszono ognisk epidemicznych.

W kontrolowanym okresie do PPIS w Bełchatowie wpłynęła 1 interwencja dotycząca działalności Prywatnego Gabinetu Lekarskiego, zgłoszona przez pacjentkę. Skarga dotyczyła braku poczekalni dla pacjentów oraz braku dostępu do sanitariatu. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono: zgodnie z projektem zaopiniowanym przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wydzielona jest poczekalnia o powierzchni ok. 2,60 m² wyposażona w miejsca siedzące dla pacjentów i WC dla pacjentów o powierzchni 0,86 m². Do toalety dla pacjentów należy przejść przez gabinet lekarski. W związku z powyższym zalecono odtworzyć przedsionek wejściowy do drugiej poczekalni i sanitariatu dla pacjentów, zgodnie z projektem budowlanym. W następstwie zalecenia lekarz medycyny poinformował PPIS w Bełchatowie o zawieszeniu działalności gabinetu.

Nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych i dystrybucją preparatów szczepionkowych

Ostatnia kontrola w PSSE w Bełchatowie w zakresie szczepień ochronnych przeprowadzona była w dniu 01.03.2022 r. W jej wyniku wydane zostały następujące zalecenia:

- 1) Zmiana wartości progów alarmowych systemu monitorującego pracę urządzeń chłodniczych na np. +3°C i +7°C.
- 2) Zaktualizowanie instrukcji „Zasady przyjmowania, przechowywania, transportu i wydawania preparatów szczepionkowych. Postępowanie z preparatami szczepionkowymi na wypadek awarii urządzenia chłodniczego lub braku prądu” o zapis dotyczący postępowania w przypadku wystąpienia innych sytuacji losowych tj. pożaru czy powodzi.

W odpowiedzi na powyższe zalecenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie pismem znak: PPIS.1610.1.2022 z dnia 12.05.2022 r. poinformował, że:

- 1) Dokonano zmiany progów alarmowych urządzenia monitorującego temperatury w urządzeniach chłodniczych na +3°C i +7°C.
- 2) Opracowano i wdrożono nowe wydanie z dnia 25.04.2022 r. instrukcji IR/N/Ep -01 „Zasady przyjmowania, przechowywania, transportu i wydawania preparatów szczepionkowych. Postępowanie z preparatami szczepionkowymi na wypadek awarii urządzenia chłodniczego lub braku prądu i innych sytuacji losowych”, w którym zapisano informacje nt. wprowadzonych nowych progów alarmowych. W instrukcji tej, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wprowadzono zapis, iż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie ubezpiecza preparaty szczepionkowe od wystąpienia sytuacji losowych takich jak powódź czy pożar.
- 3) W związku z ustawieniem nowych progów alarmowych w urządzeniu monitorującym opracowano i wdrożono nowe wyd. z dnia 25.04.2022 r. Instrukcji Technicznej IT/N - 05 „Obsługa i zasady sprawdzania przyrządu GSM modemem NV14T2”, uwzględniające wprowadzone zmiany.

W trakcie bieżącej kontroli sprawdzono wykonanie powyższych zaleceń. Wszystkie zalecenia zostały wykonane.

W czasie kontroli losowo skontrolowano protokoły kontroli sanitarnych wraz z formularzami do protokołów:

- 1) Protokół Nr Ep/92/1/24 z dnia 20.12.2024 r. z kontroli w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie,
- 2) Protokół Nr Ep/31/1/26 z dnia 27.03.2026 r. z kontroli w Bełchatowskim Centrum Medycznym NZOZ Sp. z o.o. w Bełchatowie,
- 3) Protokół Nr Ep/31/2/26 z dnia 20.04.2026 r. z kontroli w podmiocie leczniczym MegaMed Sp. z o.o. w Bełchatowie,
- 4) Protokół Nr Ep/31/4/26 z dnia 06.05.2026 r. z kontroli w podmiocie leczniczym Eskulap Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Kontrole sanitarne zostały przeprowadzone przez pracowników Sekcji Epidemiologii i Statystyki. Przesłane protokoły oraz formularze do protokołów kontroli sanitarnych zawierają informacje dotyczące wykonawstwa szczepień w podległych placówkach.

Z przekazanych protokołów wynika, że podczas trzech kontroli przeprowadzonych i udokumentowanych w protokołach Nr Ep/92/1/24 z dnia 20.12.2024 r., Nr Ep/31/1/26 z dnia 27.03.2026 r. oraz Nr Ep/31/2/26 z dnia 20.04.2026 r. nie wykonano kontrolnego pomiaru temperatury przy użyciu termometru będącego na wyposażeniu PSSE w Bełchatowie w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania preparatów szczepionkowych. Uzasadniono to faktem, że kontrolowane podmioty lecznicze posiadają nowoczesne systemy monitorowania temperatury. W toku kontroli przyjęto założenie, iż wskazania systemów monitorujących w tych podmiotach leczniczych są wiarygodne i prawidłowe oraz że nie występują rozbieżności pomiędzy temperaturą rzeczywistą a temperaturą rejestrowaną przez system. Jednocześnie w protokole Nr Ep/31/4/26 z dnia 06.05.2026 r. odnotowano wykorzystanie termometru cyfrowego model Checktemp 1 (PN/02/Ep) do przeprowadzenia pomiaru kontrolnego.

Ponadto z protokołu kontroli Nr Ep/31/2/26 z dnia 20.04.2026 r. nie wynika realizacja polecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, przekazanego pismem znak: EP.HL.734.1.2025 z dnia 10.12.2025 r., dotyczącego wzmocnienia działań kontrolnych w zakresie dobrych praktyk postępowania ze szczepionkami tj. przypominanie personelowi w trakcie każdej kontroli o konieczności zgłaszania przerwania łańcucha chłodniczego czy bieżącej kontroli stanów magazynowych pod kątem terminów ważności preparatów szczepionkowych. Z informacji przekazanych przez pracownika wynika, że podczas kontroli przypominano personelowi zasady dotyczące dobrych praktyk postępowania ze szczepionkami, jednak fakt ten nie został odnotowany w protokole kontroli. Należy jednak zauważyć, że w dwóch kolejnych przekazanych protokołach (Nr Ep/31/1/26 z dnia 27.03.2026 r. oraz Nr Ep/31/4/26 z dnia 06.05.2026 r.) udokumentowano przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego dobrych praktyk w zakresie przechowywania szczepionek. Jednocześnie należy wskazać, że w czasie sporządzania protokołu Nr Ep/92/1/24 z dnia 20.12.2024 r. polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego nie zostało jeszcze wydane.

W PSSE w Bełchatowie preparaty szczepionkowe, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, przechowywane są zgodnie z zaleceniami producentów w trzech urządzeniach chłodniczych (dwóch szafach chłodniczych i jednej chłodziarce). Urządzenia znajdują się w wydzielonym, zamykanym na klucz pomieszczeniu zlokalizowanym na pierwszym piętrze budynku. Do urządzeń podłączono zasilanie awaryjne typu UPS, które umożliwia podtrzymanie zasilania chłodziarek przez okres 7 godzin. Monitorowanie warunków przechowywania szczepionek odbywa się za pomocą rejestratora temperatur wyposażonego

w trzy czujniki rejestrujące temperaturę w każdym z urządzeń. Transmisja danych z nadzorowanych lodówek odbywa się za pośrednictwem karty SIM umieszczonej w modemie. Urządzenia chłodnicze służące do przechowywania szczepionek oraz modem GSM zasilane są z dwóch niezależnych obwodów energii elektrycznej. W przypadku zaniku napięcia w jednym z nich istnieje możliwość przełączenia zasilania na drugi obwód.

Na 3 wyznaczone numery telefonów komórkowych (telefon alarmowy, telefon służbowy Zastępcy PPIS oraz telefon służbowy Dyrektora PSSE) przesyłana jest informacja w postaci sygnału dźwiękowego i SMS z numeru oznaczonego jako „Alarm lodówki”. Powiadomienie jest generowane w przypadku przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatur (+3°C - +7°C) w co najmniej jednym urządzeniu chłodniczym, o czym informuje komunikat „Zanik zasilania U=0,0V”. W każdym momencie możliwe jest również sprawdzenie warunków temperaturowych panujących w urządzeniach chłodniczych poprzez wykonanie połączenia telefonicznego z telefonu alarmowego na numer „Alarm lodówki”. Dodatkowo w dni robocze temperatury odczytywane są z zewnętrznych wyświetlaczy znajdujących się na urządzeniach chłodniczych przez pracownika dwa razy na dobę oraz wpisywane są na „Kartę sprawdzania temperatury”.

W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej pracownicy zobowiązani są do odczytania i zapisania istotnych informacji zawartych w wiadomości SMS (stanu zasilania oraz wartości temperatur), wykonania połączenia telefonicznego na numer oznaczony jako „Alarm lodówki” w celu weryfikacji czy nieprawidłowości nadal występują oraz poinformowania Zastępcy PPIS albo Dyrektora PSSE.

Zgodnie z informacjami zawartymi z instrukcjach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie, osoba odczytująca temperatury w urządzeniach chłodniczych dokonuje codziennie, w dni robocze, oględzin oraz sprawdzenia prawidłowości pracy modemu. Ponadto osoba pełniąca dyżur pod telefonem alarmowym raz dziennie, w dni wolne od pracy, sprawdza poprawność działania urządzenia oraz jego podłączenie do zasilania poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer odpowiadający za „Alarm lodówki” i odczytanie nadesłanych danych.

Raz w miesiącu przeprowadzane jest okresowe sprawdzanie działania alarmu, polegające na celowym wywołaniu jego zadziałania poprzez podniesienie temperatury wewnątrz urządzeń chłodniczych (otwarcie drzwi) powyżej dopuszczalnego poziomu. Fakt ten odnotowywany jest w „Karcie sprawdzania temperatury” w kolumnie „Uwagi”, co potwierdzają przesłane przez PPIS w Bełchatowie „Karty sprawdzania temperatury”.

Aktualnie PSSE w Bełchatowie posiada „Porozumienie o pomocy przy realizacji zadań ustawowych” z dnia 21.05.2024 r., zawarte z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim, umożliwiające przechowywanie preparatów szczepionkowych w sytuacjach awaryjnych w PSSE w Piotrkowie Trybunalskim, a także „Porozumienie o pomocy przy realizacji zadań ustawowych” z dnia 27.05.2024 r. zawarte ze Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Na dzień kontroli PSSE w Bełchatowie nie posiada porozumienia z zakładem energetycznym dotyczącego powiadamiania o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej. W przypadku planowanych przerw w dostawie energii zakład energetyczny publikuje stosowne komunikaty na swojej stronie internetowej w zakładce „Planowane wyłączenia”.

Z informacji przekazanych w trakcie kontroli wynika, że w 2025 r. zakupiono agregat prądotwórczy uruchamiający się automatycznie, w przypadku zaniku zasilania. Informacja ta nie jest jednak uwzględniona w żadnej z przekazanych instrukcji. Nie przedstawiono również dokumentacji potwierdzającej przeprowadzanie okresowych sprawdzeń agregatu. Brakuje także podstawowych informacji dotyczących jego eksploatacji, takich jak czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa czy wskazanie osoby odpowiedzialnej za jego uzupełnianie.

Z analizy przesłanych rejestrów temperatur przechowywania preparatów szczepionkowych wynika, że w PSSE w Bełchatowie, w kontrolowanym okresie obejmującym dni 01-04.05.2024 r., w dniu 02.05.2024 r. o godzinie 9:00 temperatura w szafie chłodniczej WPN/14/Ep wyniosła 9,6°C. Z papierowego rejestru wynika, że w tym czasie wykonywano czynności związane z myciem i dezynfekcją urządzenia. Przed tymi czynnościami preparaty szczepionkowe zostały przeniesione do pozostałych urządzeń chłodniczych. Przed rozpoczęciem tych czynności (godz. 8:45) temperatura przechowywania preparatów szczepionkowych mieściła się w wymaganym zakresie i wynosiła 5,2°C, natomiast po ich zakończeniu (godz. 9:15) wynosiła 5,0°C. W pozostałych analizowanych okresach, tj. 15-17.08.2025 r. oraz 13-14.04.2026 r. odnotowane wartości temperatur były prawidłowe i mieściły się w zakresie od +2°C do +8°C.

Podczas kontroli oceniono przekazane paszporty techniczne dotyczące rejestratora temperatur (PN/06/01/Ep), termometru cyfrowego model Checktemp 1 (PN/02/Ep), zestawu UPS – zasilania awaryjnego (WPN/19/Ep) oraz trzech chłodziarek (WPN/14/Ep, WPN/16/Ep, WPN/20/Ep). W paszportach na bieżąco odnotowywane są informacje dotyczące wykonania wzorcowania oraz sprawdzeń wewnętrznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że częstotliwość wzorcowania rejestratora temperatur (PN/06/01/Ep), wynoszący 10 lat, wydaje się stosunkowo długi. Mimo, że częstotliwość wzorcowania urządzeń monitorujących powinna być ustalana na podstawie oceny ryzyka i wymaganej niezawodności urządzenia, zasadność tak długiego okresu pomiędzy wzorcowaniami wymaga rozważenia.

W trakcie kontroli udostępniono trzy instrukcje techniczne oraz jedną instrukcję roboczą:

- Instrukcję Techniczną IT/N - 01 „Zasady sprawdzania urządzeń chłodniczych” wyd. nr 3 z dnia 12.02.2026 r., której celem jest określenie zasad sprawdzania wymaganej temperatury przechowywania. Zawiera ona dwa załączniki: kartę rozkładu temperatur oraz kartę sprawdzania temperatur;
- Instrukcję Techniczną IT/N - 02 „Sprawdzanie przyrządów służących do pomiaru temperatury” wyd. nr 3 z dnia 26.07.2024 r., której celem jest określenie jednolitego sposobu postępowania przy sprawdzaniu termometrów laboratoryjnych oraz rejestratora temperatury z czujnikami zewnętrznymi w Pionie Nadzoru Sanitarnego PSSE w Bełchatowie,
- Instrukcję Techniczną IT/N - 05 „Obsługa i zasady sprawdzania przyrządu GSM Modem NV14T2” wyd. nr 6 z dnia 26.07.2024 r., której celem jest określenie jednolitego sposobu postępowania przy obsłudze przyrządu GSM Modem NV14T2 w Pionie Nadzoru Sanitarnego PSSE w Bełchatowie;
- Instrukcja Robocza IR/N/Ep - 01 „Zasady przyjmowania, przechowywania, transportu i wydawania preparatów szczepionkowych. Postępowanie z preparatami szczepionkowymi na wypadek awarii urządzenia chłodniczego lub braku prądu i innych sytuacji losowych.” wyd. nr 9 z dnia 12.02.2026 r. Celem ww. instrukcji jest określenie jednolitego sposobu postępowania

w zakresie przyjmowania i transportu preparatów szczepionkowych z WSSE w Łodzi, wydawania preparatów szczepionkowych podległym świadczeniodawcom przez PSSE w Bełchatowie, sprawowania nadzoru nad preparatami szczepionkowymi oraz postępowania z nimi na wypadek awarii urządzenia chłodniczego lub braku zasilania. W podpunkcie 4.4.7. brakuje informacji o konieczności poinformowania LPWIS o podjętych decyzjach. W punkcie 4.5. nie określono sposobu postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, takich jak pożar czy powódź. W instrukcji nie opisano również postępowania w przypadku wycofania z obrotu lub wstrzymania w obrocie preparatów szczepionkowych. Ponadto instrukcja nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących postępowania przy utylizacji preparatów szczepionkowych.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, szkolenie pracowników zaangażowanych w podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych zostało przeprowadzone po zakupie i wdrożeniu urządzenia alarmowego w 2015 r. Każda aktualizacja instrukcji skutkuje przeprowadzeniem kolejnego szkolenia pracowników. Ostatnia aktualizacja instrukcji miała miejsce 26.07.2024 r., co zostało udokumentowane w załączonym skanie potwierdzającym przeprowadzenie szkolenia przez GSJ. Dodatkowo pracownicy Sekcji Epidemiologii i Statystyki zostali przeszkoleni w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych w związku z ostatnią aktualizacją Instrukcji Roboczej IR/N/Ep - 01 wyd. nr 9 z dnia 12.02.2026 r. „Zasady przyjmowania, przechowywania, transportu i wydawania preparatów szczepionkowych. Postępowanie z preparatami szczepionkowymi na wypadek awarii urządzenia chłodniczego lub braku prądu i innych sytuacji losowych.”. Szkolenie przeprowadzono w dniu 16.02.2026 r., a jego realizację potwierdza załączona notatka ze szkolenia.

Działania prowadzone w stosunku do osób odmawiających wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci

Sprawdzono wykonywanie działań ukierunkowanych na osoby odmawiające wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją z podległych podmiotów leczniczych zgłaszane były do PPIS w Bełchatowie i rejestrowane osoby odmawiające wykonywania szczepień ochronnych dzieci:

- w 2024 r. - zarejestrowane były 483 osoby odmawiające wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci (330 dzieci nieszczepionych), wysłano 208 pism informacyjnych do rodziców/opiekunów wraz z listami intencyjnymi, 192 upomnienia oraz 152 tytuły wykonawcze i wnioski o wszczęcie postępowań egzekucyjnych;

- w 2025 r. – zarejestrowane były 622 osoby odmawiające wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci (420 dzieci nieszczepionych), wysłano 116 pism informacyjnych do rodziców/opiekunów wraz z listami intencyjnymi, 46 upomnień oraz 27 tytułów wykonawczych i wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych;

- w 2026 r. (do dnia kontroli) - zarejestrowane były 693 osoby odmawiające wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci (468 dzieci nieszczepionych), wysłano 211 pism informacyjnych do rodziców/opiekunów wraz z listami intencyjnymi, 49 upomnień oraz 62 tytuły wykonawcze i wnioski o wszczęcie postępowań egzekucyjnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Stwierdzono następujące uchybienia:

1. Brak wykonania kontrolnego pomiaru temperatury przy użyciu termometru będącego na wyposażeniu PSSE w Bełchatowie w urządzeniu chłodniczym służącym do przechowywania preparatów szczepionkowych podczas kontroli punktów szczepień.
2. Brak zawartego pisemnego porozumienia z zakładem energetycznym dotyczącego pisemnego powiadamiania o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej.
3. Brak w instrukcjach funkcjonujących w PSSE w Bełchatowie zapisów regulujących zasady eksploatacji i sprawdzania agregatu prądotwórczego, w tym dotyczących jego okresowego testowania, określenia parametrów eksploatacyjnych, dokumentowania przeprowadzonych sprawdzeń oraz procedur związanych z okresową weryfikacją poprawności automatycznego uruchamiania się agregatu.
4. Przyjęto zbyt długą, 10-letnią częstotliwość wzorcowania rejestratora temperatur, podczas gdy wzorcowanie w ocenie ŁPWIS powinno być wykonywane częściej.
5. Niekompletne zapisy w Instrukcji Roboczej IR/N/Ep - 01 „Zasady przyjmowania, przechowywania, transportu i wydawania preparatów szczepionkowych. Postępowanie z preparatami szczepionkowymi na wypadek awarii urządzenia chłodniczego lub braku prądu i innych sytuacji losowych.” wyd. nr 9 z dnia 12.02.2026 r. dotyczące sposobu postępowania w przypadku przerwania łańcucha chłodniczego, wystąpienia sytuacji losowych (takich jak pożar czy powódź), wycofania z obrotu lub wstrzymania w obrocie preparatów szczepionkowych oraz postępowania przy utylizacji preparatów szczepionkowych.

W związku z powyższymi ustaleniami zalecono:

1. Wykonywanie kontrolnego pomiaru temperatury przy użyciu termometru będącego na wyposażeniu PSSE w Bełchatowie w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania preparatów szczepionkowych podczas każdej kontroli punktu szczepień.
2. Zawarcie pisemnego porozumienia z właściwym zakładem energetycznym, dotyczącego pisemnego powiadamiania o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej.
3. Stworzenie w obowiązujących instrukcjach zapisów regulujących zasady eksploatacji i sprawdzania agregatu prądotwórczego, w tym dotyczących jego okresowego testowania, określenia parametrów eksploatacyjnych, dokumentowania przeprowadzonych sprawdzeń oraz procedur związanych z okresową weryfikacją poprawności automatycznego uruchamiania się agregatu.
4. Przeanalizowanie przyjętej 10-letniej częstotliwości wzorcowania rejestratora temperatur pod kątem oceny ryzyka oraz zapewnienia wiarygodności monitorowania warunków przechowywania preparatów szczepionkowych.
5. Aktualizacja zapisów w Instrukcji Roboczej IR/N/Ep - 01 „Zasady przyjmowania, przechowywania, transportu i wydawania preparatów szczepionkowych. Postępowanie z preparatami szczepionkowymi na wypadek awarii urządzenia chłodniczego lub braku prądu i innych sytuacji losowych.” wyd. nr 9 z dnia 12.02.2026 r. dotyczących sposobu postępowania w przypadku przerwania łańcucha chłodniczego, wystąpienia sytuacji losowych (takich jak pożar czy powódź), wycofania z obrotu lub wstrzymania w obrocie

preparatów szczepionkowych oraz postępowania przy utylizacji preparatów szczepionkowych.

6. Wpisywanie informacji we wszystkich protokołach z kontroli o przeszkoleniu personelu medycznego w zakresie wzmocnienia działań kontrolnych dotyczących dobrych praktyk postępowania ze szczepionkami.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 1.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 158) oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo i innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

/dokument podpisany elektronicznie/