



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCŁAWIU**

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: [psse.wroclaw@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wroclaw@sanepid.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/psse-wroclaw> Centrala 713-295-843 Dyrektor 713-295-405 Fax 713-291-851  
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

Numer sprawy: ADM.272.16.2025.IW

Wrocław, dn. 04.12.2025 r.

**INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW**

**dotyczy:** odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej we Wrocławiu**”

Powiatowa Stacja Sanitarnej – Epidemiologicznej we Wrocławiu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**PYTANIE NR 1:**

Pytania do części 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz 4,3”, kolorowy panel dotykowy w przypadku urządzeń ST 1 C SMART oraz ST 2 C Smart?

Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 w przypadku urządzeń ST 1 C SMART oraz ST 2 C Smart?

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia ST 1 C SMART oraz ST 2 C Smart bez komunikacji Wi-Fi?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1:**

Zamawiający **dopuszcza** w przypadku urządzeń ST 1 C SMART oraz ST 2 C Smart wyświetlacz 4,3”, kolorowy panel dotykowy.

Zamawiający **dopuszcza** w przypadku urządzeń ST 1 C SMART oraz ST 2 C Smart zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880, jeżeli zabezpieczenie takie jest wystarczające dla górnego zakresu temperaturowego +70°C.

Zamawiający **dopuszcza** urządzenia ST 1 C SMART oraz ST 2 C Smart bez komunikacji Wi-Fi

**UWAGA: ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego –**

**Część 1 - Szafy termostatyczne**

**UWAGA: ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego –**

**Formularz asortymentowy - Część 1 - Szafy termostatyczne**

**PYTANIE NR 2:**

Pytanie do części 1:

Szafa ST1C SMART i ST2 C SMART- Czy wymagany jest model SMART czy SMART PRO?

Opis wskazuje na SMART PRO

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2:**

Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzeń ST1C SMART i ST2C SMART. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o zmodyfikowanych parametrach w odpowiedzi na pytanie nr 1 niniejszej informacji. Zaoferowane parametry należy opisać w Formularzu asortymentowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego następująco:**

Zamawiający w miejsce Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego **w zakresie części 1** wprowadza:

**ZMODYFIKOWANY Załącznik Nr 1 - Część 1 - Szafy termostatyczne**

Zamawiający w miejsce Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego **w zakresie części 1** wprowadza:

**ZMODYFIKOWANY Załącznik Nr 3 - Formularz asortymentowy - Część 1 - Szafy termostatyczne**

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania oraz wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

**DYREKTOR**  
**PSSE we Wrocławiu**

**Paweł Wróblewski**  
*/podpis w oryginale/*