



## Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

---

Sekcja Administracyjno-Techniczna

Jelenia Góra, dnia 05.12.2025r.  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  
do Zapytania ofertowego ADM.2600.16.2025.KL

**PYTANIE :**

**Do zadania 1**

Czy Zmawiający dopuści złożenie oferty na zamrażarkę niskotemperaturową o poj. 92 l?

**ODPOWIEDŹ**

**Do zadania 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na zamrażarkę niskotemperaturową o poj. 92l. Dopuszczalna pojemność zamrażarki 100l do 150l.  
Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze  
ul. Jana Kasprowicza 17 | 58-500 Jelenia Góra  
tel. +48 75 64 35 560 | fax +48 75 64 35 561  
REGON: 000313779 | NIP: 611-10-96-868  
adres e-mail: psse.jeleniagora@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-54276-22812-FEDBS-25  
<https://www.gov.pl/web/psse-jelenia-gora>