

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

"Zakup i dostawa 2 sztuk aparatów do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej"

2. Oferowane urządzenia muszą być od jednego producenta, fabrycznie nowe i spełniać podane w opisie parametry techniczne (minimalne).
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od minimalnych.
4. Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2022 r.
5. Urządzenia objęte zamówieniem Wykonawca dostarczy do niżej wskazanej lokalizacji zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w dniu roboczym, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00:

WTiJBD – LD, GDDKiA O/ Kielce, Brzeziny ul. Kielecka 12, 26-026 Morawica

6. Na dostarczone urządzenia, Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 12 miesięcy.
 - 1) Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym awarii powstałych na skutek wad materiałowych lub wykonania w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego może odbywać się za zgodą Zamawiającego po uprzednim sporządzeniu przez Wykonawcę stosowanego protokołu przekazania sprzętu.
 - 2) W przypadku braku usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający powierzy poprawienie wadliwie wykonanej usługi innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
 - 3) W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na część oryginalną lub równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - 4) Po każdej naprawie, Wykonawca sporządzi protokół odbioru sprzętu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
 - 5) Zamawiający wymaga odrębnej gwarancji, na wymienione podzespoły na okres min. 12 miesięcy w przypadku gdy pozostały okres gwarancji na całe urządzenie jest krótszy niż 12 miesięcy.
 - 6) W przypadku naprawy urządzenia Zamawiający wymaga ponownego sprawdzenia urządzenia.
 - 7) Jeśli utrzymanie gwarancji wymaga wykonywania okresowych czynności serwisowych niezależnie od wymagań określonych w pkt. 9. 4), to Wykonawca w cenie oferty wykona wymagane czynności serwisowe w całym okresie gwarancji. Wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania tych czynności zapewni Wykonawca.
7. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca sporządzi protokoły odbioru dostaw, stanowiące załącznik do faktury. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, lub osoby wskazane przez Zamawiającego w miejscu wykonania dostawy.
8. Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty wysyłki.
9. Kryteria oceny ofert.
 - a) cena – 100 %

10. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) dostawę urządzeń do lokalizacji wskazanych w pkt. 5 niniejszego OPZ,
- 2) Zamawiający nie dopuszcza przeróbek rzemieślniczych fabrycznego urządzenia celem dostosowania do wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

11. Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Wymagania podstawowe

Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej:

- a) zgodność z aktualną normą PN-EN 12350-7
- b) wbudowany manometr
- c) pojemność do max. 5,5 litra
- d) pompka ręczna
- e) odczyt bezpośredni w %
- f) świadectwo sprawdzenia wskazań manometru

Wymagane dokumenty:

- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Gwarancja min. 12 miesięcy
- Wszystkie wymagane deklaracje/świadectwa zgodności w języku polskim.