

PAKIET NR 7

Stół do masażu i rehabilitacji (4-częściowy) (3 sztuki)

Producent: TECH-MED Roman Paślawski Sp. J.

Model: Stół rehabilitacyjny SR-3E

Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2026

LP	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)*
1	2	3	4
1	1 silnik	Tak	TAK, 1 silnik
2	Elektryczna regulacja wysokości	Tak	TAK, Elektryczna regulacja wysokości
3	4-częściowy stół terapeutyczny	Tak	TAK, 4-częściowy stół terapeutyczny
4	Sterownik ręczny	Tak	TAK, Sterownik ręczny
5	Szerokość 70 cm +/- 2 cm	Tak	TAK, Szerokość: 68cm
6	Długość 195 cm +/- 2 cm	Tak	TAK, Długość: 195cm
7	Otwór na twarz	Tak	TAK, Otwór na twarz
8	Regulacja wysokości 42-95 cm	Tak	TAK, Regulacja wysokości: od 42 do 95cm
9	Zakres regulacji wezgłowania +55°/-30°	Tak	TAK, Zakres regulacji wezgłowania +55°/-30°
10	Waga 80-120 kg +/- 2 kg	Tak	TAK, Waga: 55kg (Dopuszczono odpowiedź Zamawiającego z dnia 23-07-2026r.)
11	Obciążenie min.170 kg	Tak	TAK, Obciążenie: do 200kg
12	Niepalne i łatwe do czyszczenia obicie	Tak	TAK, Niepalne i łatwe do czyszczenia obicie
13	Zagłówek regulowany pneumatycznie	Tak	TAK, Zagłówek regulowany pneumatycznie
14	Gwarancja minimum 36 miesięcy	Tak	TAK, Gwarancja: 36 miesięcy
15	Zasilanie 230V / 50 Hz-60 HZ/115V AC, 50-60 Hz	Tak	TAK, Zasilanie 230V / 50 Hz-60 HZ/115V AC, 50-60 Hz

16	3-częściowe wezłowie	Tak	TAK, 3-częściowe wezłowie
17	Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące przedmiotem ekspozycji i wystawy	Tak	TAK, Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące przedmiotem ekspozycji i wystawy
18	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	TAK, Instrukcja obsługi w języku polskim
19	Certyfikaty/atesty (załączyć)	Tak	TAK, Certyfikaty/atesty (w załączeniu do oferty)
20	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak	TAK, Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca.

Wypełniony załącznik nr 1G do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

UWAGA

Do oferty należy załączyć katalog lub szczegółowy opis sprzętu potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli W katalogu lub opisie należy wyraźnie zaznaczyć parametry i wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Żywiec, dnia 28-07-2026r.

.....
(podpis wykonawcy)