

ZAŁ. NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

Dostawa, przekazanie i uruchomienie **10 sztuk defibrylatorów AED** oraz **1 sztuki urządzenia treningowego AED** na potrzeby Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Lubieszynie.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapewnienie niezbędnego sprzętu medycznego umożliwiającego udzielanie pomocy przedmedycznej w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Sprzęt zostanie rozmieszczony w magazynie przeciwpowodziowym oraz będzie mógł być kierowany do działań ratowniczych i sytuacji kryzysowych na terenie województwa.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenia **10 sztuk defibrylatorów AED** spełniających wymagania określone w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do umowy),
- Dostarczenia **1 sztuki urządzenia treningowego AED**, kompatybilnego z oferowanym sprzętem, wraz z instrukcją obsługi i szkoleniem użytkowników w zakresie podstawowych funkcji treningowych,
- Przekazania dokumentacji technicznej, w tym:
 - instrukcji obsługi w języku polskim,
 - deklaracji zgodności CE,
 - certyfikatów jakości i kart katalogowych,
- Zapewnienia **możliwości serwisowania urządzenia** na terenie Polski oraz przekazania informacji o warunkach corocznego przeglądu lub umowy serwisowej,
- Przeprowadzenia krótkiego instruktażu dla wskazanych użytkowników (obsługa, kontrola gotowości, wymiana baterii i elektrod, uruchamianie w trybie awaryjnym).

3. Wymagania dotyczące urządzenia:

Defibrylatory AED muszą spełniać co najmniej następujące wymagania minimalne:

- półautomatyczny tryb pracy,
- komendy głosowe w języku polskim,
- energia wyładowania min. 150–200 J (dwufazowa),
- gotowość do pracy w ciągu ≤ 10 sekund,
- elektrody uniwersalne lub komplet dorosłych i pediatrycznych,
- odporność środowiskowa min. IP55,
- temperatura pracy od -5 °C do +50 °C,
- testy automatyczne i sygnalizacja gotowości,
- zasilanie bateryjne o trwałości min. 5 lat lub ≥ 200 wyładowań,
- certyfikaty CE i zgodność z MDR (UE 2017/745) oraz normą EN 60601-2-4 lub równoważną,
- gwarancja min. 5 lat.

Urządzenie treningowe musi umożliwiać symulację zdarzeń i ćwiczenia procedur RKO zgodnych z wytycznymi ERC/AHA, być kompatybilne z elektrodami szkoleniowymi oraz nie wymagać zużywania elementów eksploatacyjnych sprzętu bojowego.

4. Warunki odbioru i weryfikacji zgodności:

- Odbiór końcowy urządzeń nastąpi w Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie.
- Testy odbiorcze obejmą sprawdzenie:
 - kompletności zestawów,
 - zgodności parametrów technicznych,
 - stanu technicznego i oznakowania,
 - działania podstawowych funkcji urządzenia.
- W przypadku stwierdzenia braków Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

5. Warunki gwarancji i serwisu:

- Minimalna gwarancja: **5 lat** od dnia odbioru,(min.60 miesięcy) – defibrylator sztuk. 10
- Minimalna gwarancja: **3 lata** od dnia odbioru,(min 36 miesięcy) na defibrylator treningowy szt. 1
- Serwis i dostępność części na terenie Polski,
- Maksymalny czas realizacji naprawy: do 30 dni,
- Możliwość zawarcia umowy serwisowej obejmującej coroczny przegląd techniczny urządzeń,
- Dostępność elektrod i baterii przez cały okres eksploatacji.

6. Termin realizacji zamówienia:

- Dostawa urządzeń – maksymalnie **do 3 tygodni od podpisania umowy**,
- Ostateczny odbiór – do 3 dni roboczych od dostawy.

7. Miejsce realizacji zamówienia:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie (Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje).

8. Kryteria oceny ofert

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
cena ofertowa brutto	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60 \text{ pkt}$
Okres gwarancji	40%	40	$G = \frac{\text{oferowany okres gwarancji badanej oferty (podany w miesiącach)}}{\text{najdłuższy oferowany okres gwarancji (podany w miesiącach)}} \times 40 \text{ pkt}$
RAZEM	100%	100	_____