

Załącznik nr 6

do postępowania nr ADM.272.1.2025.PG
z dnia 8 grudnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Suszarka laboratoryjna do przygotowywania szkła laboratoryjnego

Wymagania minimalne:

- zakres pracy od około 5-10°C do 250-300°C (zakres pracy roboczej 90-115°C)
- wymuszony obieg powietrza,
- funkcja suszenia szkła laboratoryjnego,
- pojemność komory ok 112 l,
- drzwi zewnętrzne pełne
- półki ze stali nierdzewnej – 2-3 sztuki,
- regulacja temperatury z dokładnością 0,1°C,
- instrukcja i obsługa panelu/ekranu w języku polskim,
- gwarancja minimum 24 miesiące,
- transport