



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

SAT.272.4.2026.AC

Skierniewice, dnia 14 września 2026 r.

Pytania i odpowiedzi nr 2

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę autoklawu laboratoryjnego.
nr postępowania SAT.272.4.2026.AC

1. Czy Zamawiający potwierdza, że bezpłatne usługi serwisowe świadczone w okresie gwarancji obejmują wyłącznie naprawy wynikające z ujawnienia się wad materiałowych i/lub wykonawczych, natomiast wszelkie czynności serwisowe związane z uszkodzeniami powstałymi wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzeń przez Użytkownika nie stanowią napraw gwarancyjnych i będą realizowane odpłatnie?

Ad 1. Tak, Zamawiający potwierdza, że bezpłatne usługi serwisowe świadczone w okresie gwarancji obejmują wyłącznie naprawy wynikające z ujawnienia się wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych urządzenia.

Justyna Łukasik
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach
ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice
+48 46 833 46 00
psse.skierniewice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15