

Lp.	Nazwa asortymentu	Nr inwentarzowy	Informacja o środkach trwałych
1	Pokrywa do sit	GD04000/10003163	Uszkodzone
2	Zbiornik do sit	GD04000/10003164	Uszkodzone
3	Pokrywa do sit	GD04000/10003171	Uszkodzona
4	Komplet form do betonu (24szt.)	GD04000/10003244	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
5	Sito laboratoryjne # 0,180 mm	GD04000/10003249	Uszkodzona siatka sita
6	Sito laboratoryjne # 0,150 mm	GD04000/10003250	Uszkodzona siatka sita
7	Sito laboratoryjne # 0,300 mm	GD04000/10003251	Uszkodzona siatka sita
8	Sito laboratoryjne # 0,425 mm	GD04000/10003252	Uszkodzona siatka sita
9	Sito laboratoryjne # 0,850 mm	GD04000/10003253	Uszkodzona siatka sita
10	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003305	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
11	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003306	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
12	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003307	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
13	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003308	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
14	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003309	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
15	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003310	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
16	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003311	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
17	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003312	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
18	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003313	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
19	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003314	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
20	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003315	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
21	Formy do betonu 150x150x150	GD04000/10003316	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
22	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003317	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia

23	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003318	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
24	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003319	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
25	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003320	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
26	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003321	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
27	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003322	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
28	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003323	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
29	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003324	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
30	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003325	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
31	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003326	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
32	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003327	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
33	Formy do betonu 100x100	GD04000/10003328	Uszkodzone, spękania oraz trwałe wgniecenia
34	Termometr min. i max. rtęciowy mosiądz	GD04000/10003419	Uszkodzona szklana obudowa
35	Barometr Thommen TX22 (6000m)	GD04000/10003420	Uszkodzona wskazówka odczytowa
36	Termometr 0+50°C	GD04000/10003421	Uszkodzona szklana obudowa
37	Termometr 0+150°C	GD04000/10003422	Uszkodzona szklana obudowa
38	Termometr 0+150°C	GD04000/10003423	Uszkodzona szklana obudowa
39	Termometr z sondą TH301	GD04000/10003424	Uszkodzony wyświetlacz ciekłokrystaliczny, brak możliwości włączenia
40	Termometr z sondą TH301	GD04000/10003425	Uszkodzony wyświetlacz ciekłokrystaliczny, brak możliwości włączenia
41	Termometr z sondą TH301	GD04000/10003426	Uszkodzony wyświetlacz ciekłokrystaliczny, brak możliwości włączenia
42	Termometr KJT8851	GD04000/10003429	Urządzenie nieprawne, błędne wskazania temperatury
43	Termometr KJT8851	GD04000/10003430	Urządzenie nieprawne, błędne wskazania temperatury
44	Termometr szklany precyzyjny 0+50 / 0,1	GD04000/10003436	Brak możliwości odczytu, luźna podziałka odczytowa

45	Termometr szklany precyzyjny 0+50 / 0,1	GD04000/10003437	Pęknięta szklana obudowa
46	Termometr szklany precyzyjny 0+50 / 0,1	GD04000/10003438	Pęknięta szklana obudowa
47	Termometr szklany precyzyjny 0+50 / 0,1	GD04000/10003439	Brak możliwości odczytu, luźna podziałka odczytowa
48	Termometr szklany red. -10/+250/1x5,5	GD04000/10003440	Pęknięta szklana obudowa
49	Termometr szklany red. -10/+250/1x5,5	GD04000/10003441	Pęknięta szklana obudowa
50	METALOWA BUTELKA	GD04000/10003461	Majątek zbędny, brak możliwości wykorzystania do bieżącej pracy laboratorium
51	METALOWA BUTELKA	GD04000/10003462	Majątek zbędny, brak możliwości wykorzystania do bieżącej pracy laboratorium
52	DESTYLARKA DO WODY DEST MAX	GD04000/10003489	Uszkodzona grzałka, korozja komory do destylacji
53	PLASTIKOWA FORMA SZEŚCIENNA 150X150	GD04000/10003496	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
54	PLASTIKOWA FORMA SZEŚCIENNA 150X151	GD04000/10003497	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
55	PLASTIKOWA FORMA SZEŚCIENNA 150X152	GD04000/10003498	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
56	PLASTIKOWA FORMA SZEŚCIENNA 150X153	GD04000/10003499	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
57	PLASTIKOWA FORMA SZEŚCIENNA 150X154	GD04000/10003500	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
58	PLASTIKOWA FORMA SZEŚCIENNA 150X155	GD04000/10003501	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
59	PLASTIKOWA FORMA SZEŚCIENNA 150X156	GD04000/10003502	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
60	PLASTIKOWA FORMA SZEŚCIENNA 150X157	GD04000/10003503	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
61	PLASTIKOWA FORMA SZEŚCIENNA 150X158	GD04000/10003504	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
62	KOMPLET NARZĘDZI (77 SZT.) JONNESWAY	GD04000/10003698	Zestaw zdekompletowany, uszkodzone pojedyncze elementy
63	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003699	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
64	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003700	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
65	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003701	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
66	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003702	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia

67	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003703	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
68	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003704	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
69	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003705	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
70	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003706	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
71	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003707	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
72	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003708	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
73	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003709	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
74	FORMA 150X150X150 mm	GD04000/10003710	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
75	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003711	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
76	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003712	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
77	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003713	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
78	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003714	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
79	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003715	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
80	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003716	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
81	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003717	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
82	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003718	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
83	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003719	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
84	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003720	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
85	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003721	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
86	FORMA DO BETONU 100X100	GD04000/10003722	Uszkodzona, spękania oraz trwałe wgniecenia
87	ZACISK RETORY Z GŁÓWKĄ	GD04000/10007045	Element uszkodzony
88	ZACISK RETORY Z GŁÓWKĄ	GD04000/10007046	Element uszkodzony
89	ZACISK RETORY Z GŁÓWKĄ	GD04000/10007047	Element uszkodzony

90	ZACISK RETORY Z GŁÓWKĄ	GD04000/10007048	Element uszkodzony
91	SITO LABORATORYJNE 2,0 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007056	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych
92	SITO LABORATORYJNE 1,0 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007057	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych
93	SITO LABORATORYJNE 0,85 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007058	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych
94	SITO LABORATORYJNE 0,50 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007059	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych
95	SITO LABORATORYJNE 0,42 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007060	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych
96	SITO LABORATORYJNE 0,30 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007061	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych
97	SITO LABORATORYJNE 0,18 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007062	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych
98	SITO LABORATORYJNE 0,15 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007063	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych
99	SITO LABORATORYJNE 0,125 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007064	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych
100	SITO LABORATORYJNE 0,075 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007065	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych
101	SITO LABORATORYJNE 0,063 PRZEKRÓJ 200	GD04000/10007066	Sito niezgodne z normą PN-ISO 3310, uszkodzona siatka; brak możliwości wykorzystania do badań laboratoryjnych