



RPW/11904/2020 P  
Data: 2020-10-30

**DYREKTOR**

**OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w POZNANIU**

61-893 Poznań, ul. Krakowska 19, tel. 61 856 72 40, fax 61 855 22 02

e-mail: [oum.poznan@poczta.gum.gov.pl](mailto:oum.poznan@poczta.gum.gov.pl)

**ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ**

**PRZYRZĄD  
POMIAROWY**

Waga nieautomatyczna klasy dokładności IIII – elektroniczna; producent: International Road Dynamics Inc, (IRD); znak fabryczny: SAW 10C/III; znak typu CH-W1-15018; nr fabr.: 85-7247; rok produkcji: 2018.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

**OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI**

Legalizacja jest ważna do dnia 06 listopada 2022 r.

**WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE**

Obciążenie maksymalne	Max = 10000 kg	Zakres tarowania	—
Obciążenie minimalne	Min = 500 kg	Adiustacja:	—
Działka elementarna	d = 50 kg	Wersja oprogramowania	2.40
Działka legalizacyjna	e = 50 kg		

**WNIOSKODAWCA**

CAT TRAFFIC Sp. z o.o.  
60-586 Poznań, ul. Botaniczna 20  
(wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego)

**WYMAGANIA**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

**ZAKRES SPRAWDZEŃ**

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

**MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH**

Cechę legalizacji umieszczono na: śrubie w okolicy tabliczki znamionowej (plomby ołowiane).  
Cechy zabezpieczającą w liczbie 1 sztuki umieszczono na: częściowo na tabliczce znamionowej częściowo na obudowie wagi (naklejka – 1 szt.).

**LICZBA STRON ŚWIADECTWA**

Świadectwo składa się z jednej strony.

**ZNAK WNIOSKU**

WM.43-119/2020

Data wystawienia: 26 października 2020 r.

z up. Dyrektora  
Kierownik  
Laboratorium Masy  
*Mikołaj Krolakiewicz*

