

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: ADM.272.17.2025.IW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Łaźni wodna WTB 35 – 1 szt.	
Lp.	Wymagane parametry
1	Producent: Memmert
2	Model: WTB 35
3	Pojemność łaźni 37,5 l
4	Wymiary łaźni: 602 x 482 x 150 mm
5	Minimalny poziom cieczy: 20 mm
6	Maksymalny poziom cieczy: 114 mm
7	Zakres nastawy temperatury: +10°C do +100°C, co 0,1°C
8	System odprowadzania wody – łatwy do opróżnienia
9	Płaska pokrywa ze stali nierdzewnej z 8 otworami (o średnicy 107 mm) o regulowanej szerokości
10	Tacka (wkładka do łaźni) na 475 probówek o średnicy 14,5 mm, numer katalogowy B48817
11	Przewód zasilający
12	Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz; 110-240 VAC
13	Gwarancja minimum 36 miesięcy
14	Instrukcja obsługi w języku polskim
15	Usługa wzorcowania w 8 punktach (w każdym z otworów w płaskiej pokrywie) w temperaturze 80°C i 90°C. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Usługę wzorcowania należy wykonać do 31 marca 2026 r.
16	Uniwersalny miernik temperatury Testo 110 - temperatura pracy od -20°C do +50°C - wilgotność podczas pracy od 0% do 80% RH - rozdzielczość 0,1°C - zasilanie bateryjne - żywotność baterii > 100 h
17	Wodoodporna sonda zanurzeniowa z czujnikiem NTC kompatybilna z miernikiem Testo 110 - zakres pomiarowy od -50°C do 150°C - do pomiarów w cieczach - wodoodporna zgodnie z klasą ochrony IP67 - dokładność: ± 0,5% mierzonej wartości (+100°C do 150°C); ± 0,2°C (-25°C do +74,9°C); ± 0,4°C pozostały zakres - czas reakcji t99: 10 sekund - długość kabla: 1,2 m - długość końcówki próbnika: 50 mm, - długość próbnika: 115 mm
18	Usługa wzorcowania miernika temperatury wraz sondą w 7 punktach (w temperaturze 0°C, 21°C, 23°C, 25°C, 80°C, 90°C, 105°C). Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Usługę wzorcowania należy wykonać do 31 marca 2026 r.
19	Transport