



Informacje dla kierowników jednostek prowadzących działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Zezwolenie jest wymagane!




Każde urządzenie RTG wymaga uzyskania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie, podobnie jak pomieszczenie, w którym zainstalowany jest aparat, wymaga zezwolenia na uruchomienie medycznej pracowni RTG

Wniosek i instrukcja na stronie



Wniosek w celu uzyskania takiego zezwolenia oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie, w zakładce dokumenty do pobrania



<https://www.gov.pl/web/wsse-wroclaw>

Projekt obliczeń osłon stałych



Jeśli montujesz nowy aparat, bądź modernizujesz pracownię, konieczny jest projekt obliczeń osłon stałych. Dwa egzemplarze projektu obliczeń osłon stałych oraz protokół potwierdzający skuteczność wentylacji złoż w celu uzyskania pozytywnej opinii

Złóż komplet dokumentów



Poprawnie wypełniony wniosek, uzupełniony o wymagane załączniki oraz pozytywną opinię potwierdzającą skuteczność osłon stałych, złoż do DPWIS we Wrocławiu

