

DZIAŁ LABORATORYJNY WSSE W ŁODZI

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
DS. KRAJOWEJ KONTROLI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH
W WYROBACH TYTONIOWYCH

Oferta badań laboratoryjnych na rok 2025

Przedmiot badań	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia	
Papierosy	Zawartość nikotyny w kondensacie dymu Zakres: (0,1 – 1,8) mg/papieros Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo – jonizacyjną (GC-FID)	PN-ISO 10315:2017-02	A
	Zawartość substancji smolistych w kondensacie dymu Zakres: (1,0 – 19,0) mg/papieros (z obliczeń)	PN-ISO 4387:2003	A
	Zawartość wody w kondensacie dymu Zakres: (0,3 – 5,0) mg/papieros Metoda chromatografii gazowej z detekcją termo-konduktometryczną (GC-TCD)	PN-ISO 10362-1:2003	A
	Zawartość tlenu węgla w fazie gazowej dymu papierosowego Zakres: (1 – 15) mg/papieros Metoda spektrometrii w podczerwieni (NDIR)	PN- ISO 8454:2007	A

A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie,
ujęte w Zakresie Akredytacji Nr AB 538 (wydanie nr 32 z dnia 11.06.2025r.),
będącym załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 538 z dnia 24 września 2020r.