



# Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

Siedlce, 2026-09-30

SAT.272.29.2026

## ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ – ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Aparatura laboratoryjna do badań wody”

Numer sprawy: SAT. 272.29.2026

**ID postępowania:** ocds-148610-587bbf10-2efe-4ae6-a1bf-b2b5fe6f0601

### Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ustawowym terminie do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### Dotyczy części 5: Demineralizator produkujący wodę I klasy czystości

#### **Pytanie 1.**

Zapewniając i gwarantując najwyższą jakość wody oczyszczonej zamiast automatycznej recyrkulacji proponujemy produkcję wody na bieżąco z wody świeżej bez przestojów. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w rozdziale Wyposażenie i funkcjonalność, zgodnie z którym urządzenie musi posiadać funkcję: „Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami (w celu utrzymania najwyższej czystości wody)”. Rozwiązanie to jest niezbędne do zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym w okresach braku poboru.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach  
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce  
+48 25 644 20 40  
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający zgodzi się na czasowe pobieranie wody zamiast poboru o zadanej objętości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Zgodnie z zapisami w sekcji Wyposażenie i funkcjonalność, Zamawiający bezwzględnie wymaga zapewnienia „Możliwości poboru wody w sposób automatyczny, sterowane elektronicznie odmierzanie wody o zadanej objętości przez użytkownika”. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla powtarzalności oraz precyzji prowadzonych procedur laboratoryjnych.

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z rozwiązaniem równoważnym/lepszym, wyposażone w ciśnieniowy hermetyczny zbiornik, który automatycznie się napełnia oraz wyłącza, zapewnia co najmniej 50% wypełnienie zbiornika i tym samym nie wymaga odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** takiego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zaproponowane rozwiązanie uniemożliwia bieżącą kontrolę zasobów wody przez personel laboratoryjny, co stoi w bezpośredniej sprzeczności z wymaganiami technicznymi SWZ w sekcji Wyposażenie i funkcjonalność, które wprost nakładają obowiązek wyposażenia systemu w: „Graficzny i kolorowy wyświetlacz LCD lub LED do [pokazywania] magazynowania wody w zbiorniku [%]” oraz ekran „informujący o (...) objętości wody w zbiorniku”.

Przedstawione odpowiedzi i wyjaśnienia od momentu publikacji są wiążące dla opisu przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania.  
postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

**Powyższe stanowisko Zamawiającego zostanie ogłoszone na stronie prowadzonego postępowania w dniu 30.09.2026 r.**