

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

O/RZ.T-1.2431.7.2025

*Dotyczy: zamówienia wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych pn. **Dostawa sprzętu laboratoryjnego.***

I. Zamawiający przekazuje treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dotyczące Części nr 2:

Proszę o wskazanie punktów wzorcowania dla części 2 pkt 5. Termometr wodoszczelny.

Wyjaśnienie 1 dotyczące Części nr 2:

Wzorcowanie można wykonać dla poniższych wartości:

+ 10 st. C

+ 20 st. C

+ 30 st. C

Pytanie 2 dotyczące Części nr 2:

Część 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rejestratora z interfejsem USB?

Wyjaśnienie 2 dotyczące Części nr 2:

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 3 dotyczące Części nr 8:

Czy przedmiotowe sita mają pasować do sit, które posiada Zamawiający, czy mogą stanowić odrębny zestaw?

Wyjaśnienie 3 dotyczące Części nr 8:

Sita mają stanowić odrębny zestaw.

Pytanie 4 (dotyczące wszystkich Części):

Czy Zamawiający dopuści oferty częściowe (na niektóre urządzenia z danej Części)?

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający nie dopuszcza takich ofert. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które obejmować będą wszystkie pozycje (sprzęty) wyszczególnione w danej Części.

Pytanie 5 dotyczące Części nr 8:

Proszę o wskazanie, które z wymienionych sit mają posiadać pokład z siatki, a które pokład perforowany.

Czy jest to może dowolny wybór oferenta?

Wyjaśnienie 5 dotyczące Części nr 8:

Dla sit o oczku do 4 mm (< 4 mm) - pokład siatkowy.

Dla sit o oczku kwadratowym od 4 mm (≥ 4 mm) - pokład perforowany.

II. Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia:

Zmiana nr 1 (dotyczy Części 8 – Dostawa zestawu sit do badania soli – Lp.5.):

Istniejący zapis:

5. Sita powinny być zgodne/spełniać wymagania normy ISO 565:1990.

zastępuje się następującym:

5. Sita powinny być zgodne/spełniać wymagania normy ISO 565:1990.

Dla sit o oczku do 4 mm (< 4 mm) - pokład siatkowy.

Dla sit o oczku kwadratowym od 4 mm (≥ 4 mm) - pokład perforowany.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe informuje, że termin składania ofert upływa dnia 11.06.2025 r. do godziny: 15:00 r.

A K C E P T U J Ę

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Damian Puchała
dnia 05-06-2025 r

imię i nazwisko Dyrektora lub osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Dawid Pas

Tel.: . (17) 850 18 41 wew. 103

e-mail: dpas@gddkia.gov.pl