

Nowy Bedoń, dnia 27.11.2025

Zn.spr.: DZ.270.2.540.2025

Wykonawcy

Dotyczy: <Zapytanie ofertowe na usługę wyceny urządzeń laboratoryjnych, wniosek na podstawie § 5 ust. 2 zarządzenia>

1. Jaki jest cel sporządzenia wyceny? likwidacja, na cele sprzedażowe, inwentaryzacja,

Odp. Celem sporządzenia wyceny jest określenie aktualnej wartości rynkowej tych urządzeń.

2. Co musi zawierać wycena, tylko określenie wartości rynkowej czy również stopień zużycia eksploatacyjnego lub inne badania?

Odp. Wycena musi zawierać określenie wartości rynkowej.

3. Czy wycena przedmiotów laboratoryjnych w ilości 52 szt. ma określać w całości wycenę czy każdy przedmiot wyceniony z osobna?

Odp. Wycena ma obejmować określenie wartości rynkowej całego zestawu do pomiaru BZT [(pkt.6 a) do i) Przedmiot zamówienia/Zapytanie ofertowe].

4. Czy urządzenia są sprawne?

Odp. Tak.

5. Czy posiadają przeglądy, książki serwisowe, świadectwa wzorcowania?

Odp. Nie.

6. Czy posiadają świadectwa wzorcowania Ph-metru?

Odp. Nie.

7. Czy szafa termostatyczna posiada świadectwo wzorcowania komory cieplnej?

Odp. Nie.

8. Czy wirówka MPW posiada świadectwo wzorcowania prędkości obrotowej?

Odp. Nie.

9. Czy Zestaw BZT posiada świadectwo wzorcowania głowicy pomiarowej.

Odp. Nie.



10. Czy zestaw podciśnieniowy do kontroli głowic posiada świadectwo wzorcowania manometru?

Odp. Nie.