



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu**

Poznań, 30-04-2026 r.

STRONA ZAMAWIAJĄCEGO

Dot. postępowanie nr OPO.D-2-6.2431.6.2026

Dostawy suszarki laboratoryjnej.

1. Pytanie 1

„Czy dopuszcza się zmienność temperatury +/-2,5C?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmienność temperatury $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$.

2. Pytanie 2

„Wymagany jest sterownik z funkcją zapamiętywania programów. Prosimy o podanie ilu minimalnie.”

Odpowiedź:

Zamawiający określa minimalną liczbę zapamiętywanych programów na 3.

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Jakub Raszewski
Naczelnik Wydziału Technologii i Jakości budowy
Dróg