

ZP.272.1.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą:

Dostawa niżej wymienionych chromatografów:

- chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC-MS) z przystawką P&T (Purge&Trap) wraz z systemem SPE do badań wód przeznaczonych do spożycia
- chromatograf HPLC z odpowiednimi detektorami i systemem derywatyzacji postkolumnowej
- chromatograf jonowy z niezbędnym wyposażeniem do badań wód przeznaczonych do spożycia

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający po szczegółowym przeanalizowaniu listy pytań dotyczących parametrów wskazanych w formularzu specyfikacji technicznej, podtrzymuje zaproponowane parametry jako sprawdzone i niezawodne w opinii użytkowników.

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania 1.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dozownika Split Splitless i PTV czy dwóch dozowników Split Splitless.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dwóch dozowników Split Splitless

Pytanie nr 2:

Dotyczy zadania 1.

Zamawiający oczekuje kwadrupolowych analizatorów mas posiadających możliwość grzania do 200oC z kwarcu pokrytego złotem. Jest to jedno z dostępnych na rynku rozwiązań stosowanych przez producentów spektrometrów mas. Czy Zamawiający dopuści kwadrupole niewymagające grzania i pokrycia złotem posiadające nieosiowy kwadrupolowy filtr wstępny zmniejszający szumy detektora? Taka technologia pozwala na osiągnięcie wysokiej zgodności otrzymanych widm z bibliotekami oraz nie dopuszcza do zabrudzenia kwadrupoli bez potrzeby pokrywania ich złotem i bez konieczności ich grzania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów kwadrupolowych analizatorów mas.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zadania 1.

Zamawiający wymaga dostarczenia detektora wychwyty elektronów ECD. Czy zgodzą się Państwo na dostarczenie detektora ECD o parametrach zbliżonych, ale różniących się od wskazanych w formularzu specyfikacji technicznej? Poniżej wskazujemy różnice:

- a) Minimalny limit detekcji (MDL) detektora $\mu\text{ECD} < 4,5\text{fg/s}$ dla lindanu
- b) Częstotliwość próbkowania podczas zbierania danych 300 Hz – wysokie częstotliwości próbkowania powodują powstawanie większych szumów, najczęściej pracuje się w zakresie do 100Hz
- c) Zakres dynamiczny $> 10^4$

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów detektora ECD.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zadania 1.

Zamawiający oczekuje autosamplera składającego się z dwóch wież. Prosimy o zgodę na zaoferowanie innego rozwiązania – autosamplera opartego na ruchomym ramieniu działającym w trzech płaszczyznach, który obsługuje dwa dozowniki. Jest to wygodne urządzenie posiadające wszystkie wymagane parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów autosamplera.

Pytanie nr 5:

Dotyczy zadania 1.

Zamawiający przewiduje ewentualną rozbudowę o detektor płomieniowo-jonizacyjny. Prosimy na dopuszczenie detektora posiadającego inne parametry:

- a) Czułość nie gorsza niż $1,4\text{ pg C/s}$
- b) Częstotliwość zbierania danych 600Hz - wysokie częstotliwości próbkowania powodują powstawanie większych szumów, najczęściej pracuje się w zakresie do 100Hz

Pozostałe parametry dozownika pozostają spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanych parametrów.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania oraz wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.