



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

Siedlce, 2026-10-02

SAT.272.29.2026

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ – ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Aparatura laboratoryjna do badań wody”

Numer sprawy: SAT. 272.29.2026

ID postępowania: ocds-148610-587bbf10-2efe-4ae6-a1bf-b2b5fe6f0601

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ustawowym terminie do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy części 1 - Chromatograf gazowy z detektorem mas typu pojedynczy kwadrupol z przystawką "Purge and Trap"

Treść zapytania:

Część 1 - Chromatograf gazowy z detektorem mas typu pojedynczy kwadrupol z przystawką "Purge and Trap", zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania i dopuszczenie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieca kolumn o maksymalnej szybkości grzania minimum 125°C/min?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** pieca kolumn o maksymalnej szybkości grzania minimum 125°C/min. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieca kolumn z dotykowym 7" wyświetlaczem?



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zaoferowanie pieca kolumn z dotykowym 7" wyświetlaczem. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dozownika podziałowego/bez podziałowego do kolumn kapilarnych z maksymalną temperaturą pracy: minimum 400°C?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania dozownika podziałowego/bez podziałowego do kolumn kapilarnych z maksymalną temperaturą pracy: minimum 400°C. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozownika podziałowego/bez podziałowego do kolumn kapilarnych bez automatycznego czujnika startu zamontowanego na dozowniku?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zaoferowanie dozownika podziałowego/bez podziałowego do kolumn kapilarnych bez automatycznego czujnika startu zamontowanego na dozowniku. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Czy Zamawiający może doprecyzować czym jest bezsoczewkowa ścieżka jonów, ponieważ za skupienie rozproszonych jonów odpowiadają soczewki w źródle jonów?

Odpowiedź:

Bezsoczewkowa ścieżka jonów oznacza, Zamawiający oczekuje rozwiązania nie zawierającego soczewek ogniskujących w budowie spektrometru masowego. Takie rozwiązania są już opisane w literaturze przedmiotu dostępnej w sieci przed 2015 r. Żadnego ogniskowania nie ma także w spektrometrze masowym Saturn 2000 (w posiadaniu zamawiającego, jest to tzw. pułapka jonowa)

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora mas z zakresem mas nie gorszym niż 1,2-1100 Da?

Odpowiedź:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie detektora mas z zakresem mas nie gorszym niż 1,2-1100 Da

Dotyczy części 5 – Demineralizator produkujący wodę I klasy czystości

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr. 5 Dotyczy pkt A.17 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń wyposażonych w obudowę wykonaną z wysokiej jakości tworzyw technicznych przeznaczonych do zastosowań laboratoryjnych, zamiast wymaganej obudowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Pragniemy zauważyć, że materiał obudowy nie ma wpływu na jakość produkowanej wody, bezpieczeństwo użytkowania ani trwałość systemu, natomiast stosowane przez renomowanych producentów laboratoryjnych systemów oczyszczania wody tworzywa cechują się wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** obudowę wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wykazującego pełną odporność na działanie wilgoci, czynników mechanicznych oraz laboratoryjnych środków dezynfekcyjnych.

Przedmiotowe stanowisko Zamawiający udostępnił już na stronie prowadzonego postępowania w dniu 30.09.2026 r. w części 2 wyjaśnień do SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pkt A.2 Czy Zamawiający dopuści system wyposażony w zbiornik magazynowy o pojemności minimum 50 litrów wykonany w technologii grawitacyjnej (bezciśnieniowej), zapewniający ciągłą dostępność wody oczyszczonej i współpracujący z pompą dystrybucyjną urządzenia? Pragniemy podkreślić, iż sposób magazynowania wody (grawitacyjny lub ciśnieniowy) nie wpływa na jakość produkowanej wody, a oferowane rozwiązanie zapewnia funkcjonalność nie gorszą od wymaganej.

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zastosowanie zbiornika magazynowego o pojemności minimum 50 litrów wykonanego w technologii grawitacyjnej (bezciśnieniowej), współpracującego z pompą dystrybucyjną urządzenia.

Warunkiem koniecznym jest, aby oferowane rozwiązanie zapewniało parametry wydajnościowe oraz funkcjonalność nie gorszą niż opisana w OPZ. Zbiornik musi zostać wyposażony w odpowiedni filtr powietrza (odpowietrzający) z kapsułą chroniącą przed CO₂ i cząstkami biologicznymi, zabezpieczający zmagazynowaną wodę przed zanieczyszczeniami z otoczenia.

Pytanie 3

Dotyczy pkt A.9 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym magazynowanie wody po odwróconej osmozie realizowane jest w jednym zbiorniku o pojemności

minimum 50 litrów, pełniącym jednocześnie funkcję bufora dla wody RO, zamiast dwóch oddzielnych zbiorników o pojemności 40 dm³ i 10 dm³? Rozwiązanie takie zapewnia tożsamą funkcjonalność przy uproszczonej konstrukcji systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** rozwiązanie, w którym magazynowanie wody po odwróconej osmozie realizowane jest w jednym zintegrowanym zbiorniku o pojemności minimum 50 litrów, pełniącym jednocześnie funkcję magazynu i bufora, zamiast dwóch oddzielnych jednostek (40 dm³ i 10 dm³).

Oferowany system jako całość musi bezwzględnie zapewniać pełną, tożsamą funkcjonalność oraz gwarantować uzyskanie wody o klasie czystości wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia (w tym zachowanie automatycznej recyrkulacji i parametrów jakościowych wody klasy 1).

Przedstawione odpowiedzi i wyjaśnienia od momentu publikacji są wiążące dla opisu przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe stanowisko Zamawiającego zostanie ogłoszone na stronie prowadzonego postępowania w dniu 02.10.2026 r.

Anna
Mościcka-
Wardak; PSSE
w Siedlcach

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Mościcka-Wardak;
PSSE w Siedlcach
Data: 2026.10.02
14:34:28 +02'00'