



# Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu

Kalisz, 17.09.2026 r.

OEA-ST.272.5.2.2026

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Sprawę    | Filip Dulnik                                                     |
| prowadzi: | +48 62 76 77 631; +48 796 767 001<br>filip.dulnik@sanepid.gov.pl |

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu zamierza nabyć sprzęt laboratoryjny, jako Zamawiający zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na:

### ZADANIE III – dostawa ciepłarki (inkubatora) laboratoryjnej POL-EKO ILP 240 SMART

Specyfikacja techniczna:

- pojemność użytkowa komory min. 240 l;
- min. 3 druciane półki ze stali nierdzewnej;
- możliwość regulacji wysokości półek;
- w pełni izolowane drzwi zewnętrzne i pełne wewnętrzne drzwi szklane;
- możliwość regulacji kierunku otwierania drzwi zewnętrznych na prawą stronę;
- otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika temperatury;
- wymuszony obieg powietrza;
- zakres temperatury pracy od 10°C do 70°C
- jednorodność temperatury max 0,5°C w temperaturze 22°C; max 0,3°C w 37 °C;
- stabilność temperatury max 0,5°C w temperaturze 22°C; max 0,1°C w 37 °C;
- dokładność ustawień temperatury 0,1°C cyfrowy wyświetlacz temperatury;
- sygnalizacja awarii i otwartych drzwi (alarm dźwiękowy);
- ciepłarka z chłodzeniem utrzymująca temperaturę pracy wewnątrz komory 21+/- 1°C;
- automatyczne wznawianie pracy po zaniku napięcia;
- zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepięciami elektrycznymi;
- zamknięcie na klucz;
- dotykowy wyświetlacz cyfrowy,
- napięcie zasilające 230V;
- wymiary zewnętrzne max. wys.1140 mm x szer.820 mm x gł. 840 mm;
- maksymalna waga urządzenie do 140 kg;

Wymagania dodatkowe:

- szkolenie personelu z obsługi urządzenia;
- dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia;
- autoryzowany serwis w Polsce (wymagany dokument autoryzacji producenta);
- instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim;



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu  
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz  
+48 62 76 77 610  
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20  
BDO: 000099028

- certyfikat CE;
- gwarancja min. 24 miesiące;

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim (lub w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem), w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz na nośniku elektronicznym w formie \*.pdf lub \*.doc;
- karta gwarancyjna wystawiona w formie papierowej (obowiązująca nie wcześniej niż od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
- instrukcja urządzenia w języku polskim.

**TERMIN REALIZACJI ZADANIA II:**

do dnia **12 listopada 2026 r.**

dostawa do siedziby Zamawiającego tj.:

62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 6

Sekcja Badania Wody (III piętro – bez windy)

#### **ZADANIE IV – dostawa lodówki/chłodziarki laboratoryjnej Liebherr SRFfg 5501**

Specyfikacja techniczna:

- zakres temperatury otoczenia w jakiej urządzenie może pracować od 10°C do 35°C;
- stabilna temperatura wewnątrz komory utrzymana na poziomie pracy 5°C±3°C;
- regulowany zakres temperatury od +3 °C do +16 °C;
- regulacja ustawień temperatury co 0,1°C;
- cyfrowy wyświetlacz temperatury;
- wyposażenie w system autodiagnostyki przeznaczony do analizy usterek;
- automatyczne wznawianie pracy po zaniku napięcia;
- alarm wizualny i dźwiękowy;
- dynamiczny układ chłodzenia z automatycznym odszranianiem;
- zabezpieczenie przed przepięciami elektrycznymi ;
- napięcie zasilania 230 V;
- wysokość od 160 cm do 170 cm;
- szerokość od 70 cm do 75cm;
- głębokość od 75 cm do 80 cm;
- max. 4 druciane półki ze stali nierdzewnej;
- możliwość regulacji wysokości półek;
- głębokość użytkowa półek do 54 cm;
- nośność półek 40 kg;
- pojemność brutto min. 558 l;
- pojemność użytkowa min. 441 l;
- zewnętrzne drzwi pełne;
- oświetlenie LED;
- waga max. 91 kg;

Wymagania dodatkowe:

- szkolenie personelu z obsługi urządzenia;
- dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia;
- autoryzowany serwis w Polsce (wymagany dokument autoryzacji producenta);
- instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim;
- certyfikat CE;
- gwarancja min. 24 miesiące;

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim (lub w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem), w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz na nośniku elektronicznym w formie \*.pdf lub \*.doc;
- karta gwarancyjna wystawiona w formie papierowej (obowiązująca nie wcześniej niż od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
- instrukcja urządzenia w języku polskim;

**TERMIN REALIZACJI ZADANIA II:**

do dnia **12 listopada 2026 r.**

dostawa do siedziby Zamawiającego tj.:      62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 6  
Sekcja Badania Wody (III piętro – bez windy)

**ZADANIE V – dostawa zamrażarki niskotemperaturowej POL-EKO ZLN-T 125C SMART**

Specyfikacja techniczna:

- naturalny obieg powietrza;
- pojemność komory 135-140 l;
- pojemność użytkowa komory 120-130 l;
- sterownik mikroprocesorowy;
- kolorowy dotykowy wyświetlacz;
- typ izolacji - pianka poliuretanowa;
- zakres temperatury pracy do -40°C;
- regulacja temperatury co 0,1°C;
- stabilność temperatury +/-0,5°C (w -20°C);
- jednorodność temperatury +/-2°C (w -20°C);
- zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.2;
- drzwi pełne;
- min. 2 półki;
- materiał komory stal nierdzewna;
- obudowa malowana proszkowo;
- max. wymiary zewnętrzne (szer.) 720 mm, (wys.) 1220 mm, (gł.) 810 mm;
- max. waga urządzenia 105 kg;

Wymagania dodatkowe:

- szkolenie personelu z obsługi urządzenia;
- dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia;
- autoryzowany serwis w Polsce (wymagany dokument autoryzacji producenta);
- instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim;
- certyfikat CE;
- gwarancja min. 24 miesiące;

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim (lub w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem), w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz na nośniku elektronicznym w formie \*.pdf lub \*.doc;
- karta gwarancyjna wystawiona w formie papierowej (obowiązująca nie wcześniej niż od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
- instrukcja urządzenia w języku polskim;

**TERMIN REALIZACJI ZADANIA II:**

do dnia **12 listopada 2026 r.**

dostawa do siedziby Zamawiającego tj.:

62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 6

Sekcja Badania Wody (III piętro – bez windy)

**WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA POJEDYNCZE LUB WSZYSTKIE ZADANIA**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego **przelewem w terminie 30 dni**

kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

- a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający odrzuci oferty złożone przez oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat:

- nie wykonali u Zamawiającego zleconego zamówienia lub wykonali je nienależycie;
- złożyli u Zamawiającego ofertę, a następnie odmówili zawarcia umowy na jej podstawie;
- w stosunku do których Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy.

Osobami upoważnionymi do kontaktów i udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego są:

Paulina Górską, tel. 785 103 061, e-mail: paulina.gorska@sanepid.gov.pl;

Maria Wiśniewska, tel. 785 102 973, e-mail: maria.wisniewska@sanepid.gov.pl;

Filip Dulnik, tel. 796 767 001, e-mail: administracja.psse.kalisz@sanepid.gov.pl.

**DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:**

- karty katalogowe, foldery, prospekty – opis techniczny zaoferowanego sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego;
- oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

60 dni od dnia złożenia oferty

**OCENA OFERT:**

Kryterium wyboru oferty - cena 100%

**SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:**

Ofertę „OFERTA na dostawę sprzętu laboratoryjnego – OEA-ST.272.5.2.2026” wraz z załącznikami należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem nieważności.

**TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Oferty należy złożyć do dnia **28 września 2026 r. do godz. 09:00**

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl** lub na adres e-Doręczeń: **AE:PL-56543-50262-JCVUB-20**.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia i/lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego postępowanie może zostać umorzone lub zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Z wyrazami szacunku

Anna Napierała

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. formularz oferty
2. wzór umowy
3. informacja RODO
4. oświadczenie PWAŃU