

Legnica, dnia 04 grudnia 2025 r.

Postępowanie nr ADM.272.10.2025.JI

WYJASNIENIE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania na dostawę aparatury analityczno-pomiarowej.

Zadanie II - Miernik Laserowy do pomiaru mętności w wodzie z wyposażeniem w ilości 1 szt.

W związku z zadanymi pytaniami do opisu przedmiotu zamówienia w Zadania II Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.

-zestaw pierwszorzędowych wzorców kalibracyjnych polimerowych typu (min. 3 punkty) do wykonania kalibracji o ważności nie krótszej niż 10 miesięcy,

Czy dla tej pozycji Zamawiający zaakceptuje wzorce StablCal (10, 20 i 600 NTU) dostarczane wraz mętnościomierzem?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 2.

- zestaw kalibracyjny powinien zawierać wzorzec < 0,1 NTU

Czy dla tej pozycji Zamawiający zaakceptuje Stabilizowany wzorzec formazynowy mętności Stablcal <0,1 NTU w opakowaniu 500 ml?

Czy może dla tej pozycji Zamawiający chodziło o wzorzec mętności Glass Rod <0,1 NTU do laserowych mierników mętności TU5200 służący do wykonywania rutynowych kontroli oraz potwierdzanie pomiarów bez potrzeby mieszania płynnych wzorców kalibracji?

ODPOWIEDZ: NIE - Zamawiający miał na myśli wzorzec szklany niewymagający mieszania substancji o dłuższej żywotności i stabilności niż wzorce płynne

Pytanie 3.

-wzorzec 1 NTU stabilizowany w butelce, 500 ml

Czy dla tej pozycji Zamawiający zaakceptuje Stabilizowany wzorzec formazynowy mętności Stablcal, 1,0 NTU w opakowaniu 500 ml?

ODPOWIEDZ : TAK

Pytanie 4.

-wzorzec 10 NTU stabilizowany w butelce, 500 ml

Czy dla tej pozycji Zamawiający zaakceptuje Stabilizowany wzorzec mętności Stablcal, 10,0 NTU w opakowaniu 500 mL ?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 5.

- dwie dodatkowe kuwety pomiarowe
- zestaw min. kuwet pomiarowych

Standardowo z mętnościomierzem dostarczane są 2 sztuki kuwet pomiarowych, czy to oznacza, że dodatkowo potrzeba dostarczyć kolejne 2 sztuki kuwet pomiarowych?

Ile sztuk kuwet pomiarowych Zamawiający wymaga w dostawie dla zadania II?

ODPOWIEDZ: Zamawiający wymaga aby w zestawie, oprócz kuwet dostarczanych standardowo, znalazły się dwie dodatkowe kuwety zapasowe.

Sporządził:

Grzegorz Cygan

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarnej - Epidemiologicznej
w Legnicy
Jacek Watral
Jacek Watral