

Sekcja Badania Środowiska Pracy i Powietrza			
Rodzaj działalności/grupa obiektów	Badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	**
Pobieranie próbek powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi	<i>Pobieranie próbek:</i> - formaldehyd - fenol - związki organiczne Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	PB-26-ŚP wyd.1 z dnia 26.09.2007	A
Wykonywanie badań chemicznych w próbkach powietrza z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi	<i>Stężenie formaldehydu</i> Metoda spektrofotometryczna	PN-92/Z-04045.15 metoda archiwalna*	A
Wykonywanie badań chemicznych powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi Pobieranie próbek realizuje Sekcja Badania Środowiska Pracy i Powietrza, Wykonywanie oznaczeń techniką chromatografii realizuje Sekcja Analiz Instrumentalnych	<i>Stężenie fenolu</i> Metoda GC-FID	PIMOŚP 1999 Nr 22 str. 91-95	A
	<i>Stężenie formaldehydu</i> Metoda HPLC-DAD	PIMOŚP 1999, Nr 22, str. 96 – 100	B
	<i>Stężenie związków organicznych</i> benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen, aceton, styren, propan-2-ol, heksan, cykloheksan, 1,3,5 trójmetylobenzen (mezytylen), 1,2,4 trójmetylobenzen(pseudokumen), 1,2,3 trójmetylobenzen (hemimeliten) Metoda GC-FID	PIMOŚP 2007 Nr 1 (51) str. 141-147	A
	<i>Stężenie związków organicznych</i> octan etylu, octan n-butylu, butan-1-ol Metoda GC-FID	PN-Z-04023-02:1989 metoda archiwalna*	A
	<i>Stężenie octanu i-butylu</i> Metoda GC-FID	PB-25-AI wyd. 4 z dnia 14.06.2016	A

*-norma wycofana ze zbioru Polskich Norm bez zastąpienia, potwierdzona w laboratorium jako przydatna do oceny danego parametru

**Badania akredytowane oznaczono indeksem A (certyfikat akredytacji AB 565), badania nieakredytowane oznaczono indeksem B

Czynniki szkodliwe dla zdrowia ludzi - substancje chemiczne, hałas, promieniowanie jonizujące, jeżeli ich stężenie (wartość średniodobowa) lub natężenie oraz czas trwania stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

- pomieszczenia kategorii A -mieszkalne, chorych w budynkach służby zdrowia, dla dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych
- pomieszczenia kategorii B – w budynkach użyteczności publicznej inne niż wymienione w kategorii A, pomocnicze w mieszkaniach.

Zakres badań

Aby prawidłowo określić wymagany zakres badań czynników toksycznych, należy oprzeć się na kartach charakterystyki wykorzystywanych preparatów lub określić zakres badań w porozumieniu z nadzorującym obiekt Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Karty te lub zastępczo atesty i oceny higieniczne dla materiałów i wyrobów budowlanych wykończeniowych zastosowanych w czasie prac w badanych pomieszczeniach winny być udostępnione laboratorium przed lub najpóźniej w dniu badań.

Istnieje konieczność intensywnego wietrzenia obiektu przed pomiarami. W dniach pomiarowych nie mogą być wykonywane żadne prace budowlano-wykończeniowe zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, a drzwi i okna w badanych pomieszczeniach muszą być zamknięte, bez dostępu dzieci.

W trakcie 2 dobowych pomiarów należy zapewnić stały i nieprzerwany dostęp prądu.

Warunki techniczne budynków w tym dotyczące czystości powietrza, poziomu hałasu dla budynków (w tym budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej) określa *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065- tekst jednolity)

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (mieszkalne i użyteczności publicznej), dla inwentarza żywego, a także do produkcji i przechowywania artykułów spożywczych oraz farmaceutycznych powinien być wykonany:

- z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników,
- tak, aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń, nie przekraczała wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli związki (gazy, pary, pyły) szkodliwe dla zdrowia są emitowane przez materiały w niedopuszczalnym stężeniu jedynie przez ograniczony czas, dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem, że użytkowanie budynku lub pomieszczeń, w których materiały te zostały zastosowane, nastąpi dopiero po upływie terminu karencji, a w przypadku materiałów emitujących zanieczyszczenia pyliste lub włókniste - po stwierdzeniu przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego osiągnięcia stanu zanieczyszczenia powietrza, zgodnego z przepisami odrębnymi w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia

Normatywy higieniczne dla czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych z materiałów budowlanych i elementów wyposażenia określa *Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi* (MP nr 19 poz.231 z 1996r.). Pomocniczo laboratorium korzysta również z zapisów *Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu*. (Dz.U. 2010 Nr 16 poz. 87).