

ZP.272.1.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą:

Dostawa niżej wymienionych chromatografów:

- chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC-MS) z przystawką P&T (Purge&Trap) wraz z systemem SPE do badań wód przeznaczonych do spożycia
- chromatograf HPLC z odpowiednimi detektorami i systemem derywatyzacji postkolumnowej
- chromatograf jonowy z niezbędnym wyposażeniem do badań wód przeznaczonych do spożycia

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania pierwszego - GCMS.

Zamawiający w punkcie pierwszym opisu przedmiotu zamówienia napisał, iż wymaga zaoferowania chromatografu gazowego z dozownikiem split/splitless oraz z dozownikiem PTV, natomiast w punkcie czwartym zamawiający napisał, że wymaga zaoferowania dwóch dozowników split/splitless.

Proszę o wyjaśnienie czy oferowany zestaw ma być wyposażony w dwa dozowniki split/splitless czy w jeden dozownik split/splitless oraz w jeden dozownik PTV.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku konfigurowania oferty na zestaw chromatografu GCMS nowszej generacji, wymagamy dwa dozowniki split/splitless, tak jak w pkt. 4 opisu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania oraz wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.