



# Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

Siedlce, 2026-05-04

SAT.272.12.2026

Powiatowa Stacja  
Sanitarno - Epidemiologiczna  
w Siedlcach  
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31  
08-110 Siedlce  
www.gov.pl/web/psse-siedlce  
e-mail: [sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl)  
tel./fax.: 25 644 20 40/25 632 61 37

## ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ – ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA

**Dotyczy:** postępowania na „Sukcesywną dostawę czynników i wyrobów diagnostycznych do laboratorium 2026” nr sprawy: SAT. 272.12.2026

**ID postępowania:** ocds-148610-9e4b6298-2f2e-4f3b-8da2-d0ba7bb07ad8

### Wyjaśnienia treści SWZ

Niniejszym Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawców zapytania dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - **Załącznika Nr 2** formularza asortymentowo - cenowego.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. ) wyjaśniamy co następuje:

### **Pytania z zakresu Formularza asortymentowo-cenowego - Załącznika Nr 2 do SWZ**

#### Pakiet II

##### **Pytanie 1 dotyczące pozycji nr 1:**

Proszę o dopuszczenie butelek wykonanych z HDPE, z szeroką szyjką 45 mm, pakowanych indywidualnie, w opakowaniach zbiorczych pakowanych po 210 sztuk i wycenę 21 takich opakowań?

##### **Odpowiedź.**

Zamawiający dopuści do oceny butelki wykonane z HDPE, z szeroką szyjką pakowane indywidualnie, w opakowaniach zbiorczych pakowanych po 210 sztuk i wycenę 21 takich opakowań. Określając wielkość opakowań, zamiarem Zamawiającego w tym przypadku, było uzyskanie ogólnej liczby butelek na poziomie 4320 szt. Jeśli Wykonawca zaproponuje większą ilość sztuk, z uwagi na wielkość opakowań zbiorczych, musi liczyć się z tym, że jego produkt może nie



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach  
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce  
+48 25 644 20 40  
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30

być konkurencyjny cenowo w przeliczeniu na sztukę. Z uwagi na trwałość produktu Zamawiający z pewnością wykorzysta nadprogramową ilość w latach późniejszych.

**Pytanie 2 dotyczące pozycji nr 2:**

Proszę o dopuszczenie butelek wykonanych z PETG bądź butelek wykonanych z PP, lub czy Zamawiający mógłby wskazać wzorcowy numer katalogowy **produktu**,

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** butelki wykonane z PETG, **nie dopuszcza** butelek wykonanych z PP. Zamawiający korzysta obecnie z butelek firmy Thermo Scientific™ Nalgene™ Butelki do poboru prób 2000mL, ale jest to przykład, a nie wymóg.

**Pytanie 3 dotyczące pozycji nr 3:**

Czy Zamawiający mógłby wskazać wzorcowy numer katalogowy produktu, ponieważ wyspecyfikowany produkt, tj butle 3000ml występują na Polskim rynku głównie w wersji szklanej, nie plastikowej.

**Odpowiedź**

Zamawiający stwierdza, że butelki o pojemności 3000 ml, który przyjął w przedmiotowym postępowaniu, z końcem kwietnia zostały prawdopodobnie wycofane z produkcji. W związku z tym Zamawiający **wyraża zgodę** na zaproponowanie przez Wykonawców butelek o wymaganej specyfikacji o pojemności od 2000 do 4000 ml.

Przykłady jakie Wykonawcy mogą rozważyć to np.:

- nr to SKU: B-0012-2000 Butelka laboratoryjna plastikowa ze skalą, polipropylen, gwint GL45,
- Butelki z szeroką szyjką z HDPE, kwadratowe, naturalnie przezroczyste, 2500 ml, UN, opakowanie jednostkowe: nr 257-566;
- Butle z PP z nakrętką 2000 ml nr N-6499

Nie jest to wymóg, ani sugestia Zamawiającego, ale są to przykładowe produkty, które zostaną zakwalifikowane przez Zamawiającego jako spełniające wymagania, każdy inny produkt posiadający specyfikację przytoczonych produktów przykładowych uznany zostanie jako **równoważny**.