



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO**

WYKONAWCY

W związku z pytaniami zadanyymi do postępowania pn.: Zakup i dostawa 5 szt. defibrylatorów typu AED na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy dopuszczą Państwo do postępowania defibrylator AED o podanej poniższej specyfikacji :

- 1) Dostarczany z 3 zaprogramowanymi językami
- 2) Funkcja wykrywania rozrusznika serca
- 3) Lekki , poniżej 2 kg z baterią
- 4) Elektrody z okresem trwałości 2 lat od daty produkcji
- 5) Bateria z okresem trwałości : 5 lat od daty instalacji
- 6) Dostępny w wersji półautomatycznej oraz w pełni automatycznej
- 7) Klasa IP 55
- 8) Łatwe przełączanie trybu dorosły/dziecko za pomocą przycisku
- 9) Aktualny z najnowszymi wytycznymi ERC
- 10) Czytelny wyświetlacz wskazujący: stan baterii, stan elektrod
- 11) Elektrody uniwersalne dla dzieci oraz dorosłych
- 12) Auto testy : dzienne, tygodniowe, miesięczne
- 13) Akcja zapisuje się na karcie SD
- 14) Wewnętrzna karta SD , Komunikacja IR

SPECYFIKACJA :

Ogólne

- 1) Wymiary : 200 x 286,5x 90 mm
- 2) Waga : ok. 1,95 kg wliczając baterię (bez elektrod)
- 3) Dorosły : 170 - 195 J $\pm$ 5%
- 4) Dziecko : 44 - 51 J $\pm$ 5%

EKG

- 1) Odprowadzenie : II (RA,LL)
- 2) Zakres impedancji : 25 - 200 ohm
- 3) Wyświetlacz
- 4) Przyciski kontrolne : Przycisk włączania/wyłączania,
- 5) przycisk defibrylacji, przycisk wyboru defibrylacji dorosły/dziecko, wybór języka
- 6) Wskaźniki wizualne : Status AED, Status baterii, Status elektrod, Status temperatury , LED
- 7) Wskaźniki dźwiękowe: Komendy głosowe, Komendy CPR, Krytyczny stan baterii, błędny auto-test urządzenia, alarm nieprawidłowej pracy urządzenia

Autotesty

1) Cykle : dzienny, tygodniowy, miesięczny

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian

Pytanie 2

Czy dopuszczą Państwo do postępowania defibrylator AED o podanej poniższej specyfikacji :

1. Półautomat
2. Dzieci 50J/dorośli 150J
3. Komendy głosowe
4. 200 wyładowań
5. Dorośli 30 m-c/dzieci 24
6. 16 języków
7. 2,40 z baterią i elektrodami
8. ?
9. 5 lat
10. Dwufazowa/ścięta wykładnia
11. Poniżej 8 sekund
12. Bateria
13. Do 5 lat lub 200 wyładowań.
14. Tryb dziecięcy
15. Karta SD
16. 0-43 stopni C
17. Torba
18. Nie

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia kart SD? Defibrylator posiada pamięć wewnętrzną, na której zapisywane są dane, a poprzez kartę zgrywa się je do komputera. Zakładając, że użycie AED trafia się niezwykle rzadko, dokupowanie do konfiguracji kart SD podnosi tylko cenę zakupu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

Pytanie 4

Czy zamawiający przez pozycję Walizka transportowa rozumie torbę transportową dedykowaną do urządzenia? Torba transportowa miękka z uchwytem do trzymania w dłoni, wyposażona dodatkowo w pasek do zawieszenia na ramieniu. Kolor czarny. Torba z napisem AED i paskiem odblaskowym. W lewym górnym rogu znajduje się przeźroczyste okienko umożliwiające bezpośrednią kontrolę wskaźnika statusu. Z przodu znajduje się kieszeń na akcesoria.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pod pojęciem walizka transportowa rozumie walizką wodoszczelną twardą

Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Hubert Jóźwik

(podpis na oryginale)