

SAT.2613.62.2026 r.

Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach.

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarzowy	Data zakupu/nabycia	Wartość księgowa (zakupu)	Opis stanu technicznego	Zagospodarowanie
1.	Cieplarka ST/2C/40	ST-809-251/05/2003	28.05.2003	3721,00	Cieplarka ma uszkodzony termostat, brak stabilności temperatury inkubacji. Dwukrotna naprawa we wcześniejszych latach nie przyniosła efektu. Zużyta.	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania.
2.	Cieplarka ST/2C/40	ST801-215/12/1999	22.12.1999	6017,15	Cieplarka ma uszkodzony termoobieg, nie utrzymuje temperatury inkubacji przy normalnym jej obciążeniu próbkami.. Zużyta.	jw.
3.	Telefon stacjonarny Panasonic	IL-104/12/22	30.12.2022	0,00	Nie działa. Nie nadaje się do naprawy. Zużyty.	jw.
4.	Krzesło Star	PST-1845/01/2008	11.01.2008	198,01	Krzesło ma połamane oparcie i metalowy podnózek. Uszkodzenia uniemożliwiają naprawę. Zużyty.	jw.
5.	Stelaż pod cieplarkę	PST-1534/08/2023	11.08.2003	366,00	Stelaż do ewentualnego odnowienia nadaje się do dalszego użytkowania. Zbędny.	jw.
6.	Blender Bosch	IL-322/12/2022	30.12.2022	0,00	Blender ma uszkodzoną pokrywę pojemnika do rozdrabniania co uniemożliwia dalsze jego użytkowanie. Zużyty.	jw.
7.	Termotorba	PST-1394/12/2001	31.12.2001	73,60	Termotorba ma pęknięte dno wewnątrz torby i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Zużyta.	jw.
8.	Krzesło obrotowe	PST-778/08/1997	03.08.1997	84,00	Krzesło ma krzywe oparcie, opadające siedzisko i podłokietniki. Wyeksploatowane w wyniku długiego czasu użytkowania. Zużyte.	jw.
9.	Kalkulator	PST-765/04/1997	30.04.1997	71,98	Kalkulator ma uszkodzony wyświetlacz, nie nadaje się do naprawy. Zużyty.	jw.