

Krosno dnia 14.04.2021r.

Notatka służbowa

w sprawie przygotowania, przeprowadzenia, wyboru wykonawcy i udzielania zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup cieplarki laboratoryjnej z chłodzeniem Peltiera.

Kod CPV 38000000-5. (dostawa, usługa, robota budowlana*)

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: sprzęt laboratoryjny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: cieplarka laboratoryjna z chłodzeniem Peltiera, pojemność ok. 50-60 l $\pm$ 10%, temperatura inkubacji w zakresie 0-70°C, regulacja temperatury co 0,1°C, stabilność temperatury do 0,2°C, wymuszony obieg powietrza, wyposażona w 2 półki max. obciążenie do 25kg, certyfikat jakości, instrukcja obsługi..

wg Zapotrzebowania Nr 2/2021 z dnia 09.04.2021 dla Oddziału Laboratoryjnego znak

POLEP.2601.2.2.2021

2. Forma pozyskania informacji: rozmowa telefoniczna / faks / poczta elektroniczna / inne

3. Szacunkowa wartość zamówienia: netto 9595 zł;

Wartość szacunkowa zamówienia: brutto 11800,00 zł. (w tym 23 % VAT).

1. Proponowany tryb udzielania zamówienia:

1) Zastosowanie trybów ustawy Prawo zamówień publicznych* – przetargu nieograniczonego*, przetargu ograniczonego*, negocjacji z ogłoszeniem*, dialogu konkurencyjnego*, partnerstwa innowacyjnego*, negocjacji bez ogłoszenia*, zamówienia z wolnej ręki*,

2) wyłączenia spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:

- do 10000 zł - rozmowa telefoniczna, poczta elektroniczna*,

- od 10000 zł do 50000 zł – zaproszenie do złożenia propozycji oferty*,

- zapytanie ofertowe*.

5. Załączniki: formularz do złożenia oferty.

* - niepotrzebne skreślić

.....
podpis Referent Sekcji Administracyjnej
Mariusz Gąsior

ZATWIERDZAM

Dyrektor PSSE Krosno

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krosnie
(pieczęć podpis)
mgr Ewa Szybińska

Miejscowość, data

Formularz ofertowy.

- 1) opis przedmiotu zamówienia –
- zakup ciepłarki laboratoryjnej z chłodzeniem Peltiera, pojemność ok. 50-60 l $\pm$ 10%, temperatura inkubacji w zakresie 0-70°C, regulacja temperatury co 0,1°C, stabilność temperatury do 0,2°C, wymuszony obieg powietrza, wyposażona w 2 półki max. obciążenie do 25kg, certyfikat jakości, instrukcja obsługi.
- 2) opis kryteriów wyboru wykonawcy - nie dotyczy
- 3) warunki realizacji zamówienia: dostawa do siedziby zamawiającego, faktura płatna przelewem w terminie 14-21 dni od dostawy towaru.
- 4) termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę
- kontakt e-mail, telefoniczny.

Oferent: nazwa i adres

Model sterylizatora:

Opis:

Wyposażenie:

Zasilanie:

Płatność przelew: dni

Termin dostawy:

Cena netto: zł.

Cena brutto: zł w tym% vat.

Ważność oferty do dnia

Koszt dostawy: zł brutto