

Załącznik nr 7

do postępowania nr ADM.272.1.2025.PG
z dnia 8 grudnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Demineralizator – do demineralizacji wody

Wymagania minimalne:

- parametry wody oczyszczonej zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 3696:1999, (minimalnie klasa 2 czystości)
- urządzenie wolno stojące przeznaczone do pracy ciągłej,
- regulator natężenia przepływu,
- wydajność min. 10 l/h,
- automatyczny układ płukania,
- regulator temperatury,
- pomiar przewodności wody z kompensacją temperatury do 25°C
- instrukcja i obsługa panelu/ekranu w języku polskim,
- gwarancja minimum 24 miesiące,
- transport