



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2025-07-24

I-I.3141.4.2.2025

Dotyczy postępowania na „Zakup ręcznego detektora przemytu na Kolejowe Przejście Graniczne Przemysł - Mościska” (znak sprawy I-I.3141.4.2.2025).

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane drogą elektroniczną w dniu 21.07.2025 r.

Pytanie nr 1:

Dotyczy: OPZ p. 8 „Źródło promieniowania 0,95 MBq, BA-133, zamknięte źródło promieniowania umieszczone w szczelnej osłonie z wolframu, okres działania 15-20 lat.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagania na „Źródło promieniowania nie mniejsze niż 0,3 Mbq, nie większe niż 0.95MBq, BA-133, zamknięte źródło promieniowania umieszczone w szczelnej osłonie z wolframu, okres działania 15-20 lat.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na zmianę wymagania na „ Źródło promieniowania nie mniejsze niż 0,3 Mbq, nie większe niż 0,95 MBq, BA-133, zamknięte źródło promieniowania umieszczone w szczelnej osłonie z wolframu, okres działania 15-20 lat.”

Pytanie nr 2:

Dotyczy: OPZ p. 6 „jako dodatkowy element wyposażenia wysięgnik teleskopowy minimum 2m wraz z dodatkowym wyświetlaczem wskazującym wyniki pomiaru”. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie z jednym wyświetlaczem, który może być montowany zarówno na samym urządzeniu (zintegrowane z rękojęcią), albo na wysięgniku teleskopowym, w zależności od potrzeb.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza jeden wyświetlacz wskazujący wynik pomiaru, który może być montowany zarówno na samym urządzeniu (zintegrowane z rękojęcią), albo na wysięgniku teleskopowym, jeśli będzie łatwo demontowalny i nie będzie ograniczał funkcjonalności urządzenia.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: OPZ p. 11 „Moc dawki: $<0.5\mu\text{Sv/godz.}$ W odległości 10 cm od dotykanej powierzchni w trybie pomiarowym”.

Czy Zamawiający doprecyzuje wymaganie: „Moc dawki: $<0.5\mu\text{Sv/godz.}$ W odległości 10 cm od dotykanej powierzchni w trybie pomiarowym w kierunku uchwytu/rękojeści.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zapis doprecyzowujący o treści „Moc dawki: $<0,5\mu\text{Sv/godz.}$ W odległości 10 cm od dotykanej powierzchni w trybie pomiarowym w kierunku uchwytu/rękojeści.”.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: OPZ p. 18 – szkolenie bez limitu osób. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie słów „bez limitu osób” i doprecyzowanie:

- a) Ilości osób skierowanych na szkolenie,
- b) Miejsca przeprowadzenia szkolenia,
- c) Czy Zamawiający zapewni salę szkoleniową wraz z akcesoriami (np. rzutnik),
- d) Koszty osobowe kursantów (np. dojazd, wyżywienie) pokryte będą przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przeszkolenia 15 osób, zakończone wydaniem bezterminowych certyfikatów uprawniających do dalszych szkoleń kaskadowych. Miejsce szkolenia Oddział Celny Kolejowy Przemysł-Medyka, Medyka 170, 37-732 Medyka. Zamawiający zapewni salę szkoleniową wyposażoną w komputer oraz projektor. Zamawiający nie wymaga ponoszenia kosztów osobowych kursantów (np. dojazd, wyżywienie) przez Wykonawcę zamówienia.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: wzór umowy, § 5 Gwarancja, p. 3. Czas reakcji. Zwracamy się z prośbą o zwiększenie czasu naprawy do 14 dni roboczych od dnia następującego od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu naprawy do 14 dni roboczych od dnia następującego od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Dotyczy: wzór umowy, § 6 Kary umowne, p. 1., tiret 2) w przypadku niewykonania w terminie obowiązków wynikających z gwarancji – w wysokości 0,5 % ceny brutto wskazanej w § 4 ust.

1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej na 0,1 % ceny brutto wskazanej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki co zdaniem Wykonawcy jest bardziej adekwatną i powszechniej stosowaną wartością w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapis § 6 pkt. 1, tiret 2) wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: akcesoria dodatkowe – słuchawki. Czy Zamawiający wymaga jako akcesorium dodatkowe słuchawek przekazujących sygnał dźwiękowy dla operatora, który nie jest słyszalny dla osób postronnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Akcesorium w postaci dodatkowych słuchawek nie jest wymagane.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO


Monika Barszcz-Chodkowska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury