Znak sprawy: ORG.272.6.2026
Gostynin, dnia 9 października 2026 r.

Wykonawcy

Dotyczy zamówienia pn. **„Szafa chłodnicza dla PSSE w Gostyninie”** (dostawa szafy chłodniczej w ramach zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026).

Zamawiający – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie informuje, iż wpłynęły pytania dot. ww. postępowania:

1. Pytanie:

Dotyczy § 2. pkt.1 projektu umowy.

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku zainstalowania, uruchomienia i sprawdzenia sprzętu oraz szkolenia w siedzibie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia prawidłowego działania dostarczonego zestawu przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje obowiązek dostarczenia kompletnego i sprawnego urządzenia oraz jego przygotowania do użytkowania na zasadach określonych w OPZ. Jeżeli zgodnie z instrukcją producenta uruchomienie nie wymaga udziału wykwalifikowanego serwisu, dopuszcza się wykonanie go przez użytkownika po upływie czasu wymaganego przez producenta od dostawy i ustawienia urządzenia. W takim przypadku nie jest wymagana obecność przedstawiciela Wykonawcy przy uruchomieniu.

W przypadku gdy prawidłowe uruchomienie wymaga wykonania czynności przez wykwalifikowany serwis, czynności te pozostają po stronie Wykonawcy.

W zakresie szkolenia Zamawiający podtrzymuje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym dopuszczalne jest przeprowadzenie instruktażu użytkowników w formie zdalnej (online), o ile taka forma jest dopuszczona przez producenta.

2. Pytanie: § 3 ust. 1 pkt 1 ppkt 1 i 2 projektu umowy

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności instalacji wraz podłączeniami, uruchomienia, oraz skonfigurowania i skalibrowania urządzenia oraz sprawdzenia wszystkich elementów zestawu z wyposażeniem ? Z udzielonych już odpowiedzi wynika, że nie wszystkie czynności są wymagane. Proszę o doprecyzowanie i ujednolicenie wymagań serwisowych jakie należy dokonać w siedzibie Zamawiającego. Dopuszczone szkolenie online nie umożliwi realizacji wszystkich powyższych wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku wykonania przez Wykonawcę wskazanych czynności.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji urządzenia wraz z wymaganymi podłączeniami, jego uruchomienia, konfiguracji oraz kalibracji, jeżeli czynności te są wymagane dla prawidłowego przygotowania urządzenia do użytkowania zgodnie z instrukcją producenta oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67; 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
adres e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17

Wcześniejsze dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości późniejszego uruchomienia urządzenia nie oznacza rezygnacji z obowiązku wykonania przez Wykonawcę czynności związanych z jego prawidłowym uruchomieniem.

3. Pytanie: § 3 ust. 1 pkt 2 projektu umowy

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności demonstracji pełnej sprawność wszystkich elementów zestawu z wyposażeniem w siedzibie Zamawiającego. W OPZ Zamawiający wymaga uruchomienia, oraz instruktażu - jeśli jest wymagany przez producenta. Dopuszczone szkolenie online nie umożliwi realizacji wszystkich powyższych wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia po wykonaniu czynności wymaganych przez producenta oraz do wykazania jego funkcjonalności w zakresie możliwym do sprawdzenia w siedzibie Zamawiającego.

Jeżeli wykonanie określonych czynności sprawdzających wymaga wcześniejszego upływu czasu określonego przez producenta od momentu dostawy i ustawienia urządzenia, czynności te mogą zostać wykonane w terminie wynikającym z wymagań producenta.

Szkolenie pracowników dotyczy bieżącej obsługi szafy chłodniczej, nie zaś jej uruchomienia oraz instalacji.

4. Pytanie: § 5 ust. 4 projektu umowy

"(...) Wynagrodzenie płatne będzie za należycie zrealizowaną dostawę, instalację i przeszkolenie personelu Zamawiającego, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia faktury (umieszczenia w KSeF), jednak nie później niż do 31 grudnia 2026 r., wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. (...)"

Z warunków OPZ - wynika, iż instalacja, przeszkolenie nie jest wymagane, zaś do celów wystawienia faktury zostały ujęte w umowie. Proszę o ujednolicenie zapisów umowy w tym zakresie. Dopuszczone szkolenie online nie umożliwi realizacji wszystkich powyższych wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obowiązek wykonania przez Wykonawcę czynności wynikających z projektu umowy oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy, rozładunku, wniesienia, instalacji, podłączenia, uruchomienia, konfiguracji i kalibracji urządzenia – w zakresie wymaganym przez producenta – oraz przeprowadzenia wymaganego instruktażu.

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

5. Pytanie: § 6 ust. 2 projektu umowy

"(...) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów konserwacyjnych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia w całym okresie gwarancji. (...)" - Prosimy o odstąpienie od ww zapisu, z uwagi na to, iż nawet w przypadku gdy przegląd techniczny byłby wymagany przez producenta, koszt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67; 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
adres e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17

materiałów eksploatacyjnych nie jest ujęty w cenie przeglądu. Są to elementy dodatkowo płatne, których koszt nie może zostać przewidziany i prawidłowo skalkulowany na etapie składania oferty zakupowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Przeglądy konserwacyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w zakresie i z częstotliwością wymaganymi przez producenta urządzenia w okresie gwarancji.

Jeżeli producent urządzenia nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, Zamawiający nie będzie wymagał ich wykonywania. Koszty materiałów eksploatacyjnych nie są objęte

Koszty materiałów eksploatacyjnych oraz części podlegających wymianie w ramach przeglądów konserwacyjnych ponosi Zamawiający.

6. Pytanie: § 6 ust. 10 projektu umowy

"(...) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania skutecznej naprawy i usunięcia awarii/wady/nieprawidłowości urządzenia w miejscu lokalizacji urządzenia, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych licząc od przystąpienia do naprawy (...)" - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, jeśli naprawa nie byłaby możliwa w miejscu użytkowania ? Koszty transportu pokrywa w takiej sytuacji Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił taką możliwość w § 6 ust. 13 projektu umowy.

7. Pytanie: § 6 ust. 12 projektu umowy

"(...) W przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 30 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt sprawnego, tymczasowego urządzenia zastępczego. Wykonawca zostanie obciążony kosztem dokonania dodatkowych walidacji w celu zapewnienia ciągłości prac prowadzonych przez Zamawiającego. (...)" - Czy Zamawiający odstąpi w całości od tego wymogu ? Koszt wymienionych w tym zapisie umowy czynności, nie może zostać przewidziany i prawidłowo skalkulowany na etapie składania oferty zakupowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku dostarczenia tymczasowego urządzenia zastępczego oraz pokrywania kosztów dodatkowych walidacji, o których mowa w § 6 ust. 12 projektu umowy.

8. Pytanie: § 6 ust. 14 projektu umowy

"(...) Wykonawca jest zobowiązany w ramach gwarancji do przeprowadzenia przeglądu urządzenia co najmniej raz na każde 12 miesięcy jego eksploatacji, w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Każdy przegląd obejmuje wymianę niezbędnych części zamiennych oraz czyszczenie i konserwację wszystkich elementów wymagających obsługi serwisowej. (...)" - Czy Zamawiający odstąpi od ww. zapisu w całości w przypadku, gdy producent nie wymaga wykonywania corocznych przeglądów ?

Jednocześnie koszt przeglądu nie obejmuje kosztów części zamiennych i nie może zostać odpowiednio skalkulowany na etapie przygotowania oferty zakupowej. Prosimy o odstąpienie od powyższych wymogów, w przypadku pozostawienia w umowie zapisu o obowiązkowych przeglądach technicznych co 12 miesięcy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67; 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
adres e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu poprzez dodanie do obecnego brzmienia § 6 ust. 14 projektu umowy następująca postanowienia:

„Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku, gdy ich przeprowadzanie jest wymagane przez producenta urządzenia, oraz zgodnie z wymaganiami producenta. Jeżeli producent nie przewiduje obowiązku wykonywania okresowych przeglądów technicznych, Zamawiający nie będzie wymagał ich wykonywania przez Wykonawcę."

9. Pytanie: § 6 ust. 16 projektu umowy

"(...) Ostatni przegląd urządzenia w ramach gwarancji, obejmujący wymianę części zamiennych i czyszczenia elementów wymagających konserwacji powinien odbyć się w ciągu ostatniego miesiąca gwarancji. (...)" - Prosimy o odstąpienie od ww. zapisu, jeśli producent nie wymaga przeprowadzania corocznych przeglądów technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku wykonania ostatniego przeglądu urządzenia w przypadku, gdy producent nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów technicznych.

W przypadku urządzenia, dla którego producent wymaga wykonywania okresowych przeglądów, będą one realizowane zgodnie z wymaganiami producenta.

10. Pytanie: § 6 ust. 17 projektu umowy

"(...) W przypadku, gdy podczas trwania gwarancji awarie lub nieprawidłowości powodujące przestoje trwające dłużej niż 20 dni roboczych wystąpią więcej niż 4 razy, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany sprzętu na nowy egzemplarz w terminie do 6 tygodni. (...)" - Prosimy o odstąpienie od ww zapisu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od postanowienia § 6 ust. 17 projektu umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie informuje, iż zmienia projekt umowy o następujące zapisy:

- **W § 6 ust. 2 projektu** umowy po zdaniu: „Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów konserwacyjnych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia w całym okresie gwarancji.", **dodaje się następujące postanowienie**: „Jeżeli producent urządzenia nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, Zamawiający nie będzie wymagał ich wykonywania. Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz części podlegających wymianie w ramach przeglądów konserwacyjnych ponosi Zamawiający."

- **w § 6 ust. 14 projektu umowy** po zdaniu: „Wykonawca jest zobowiązany w ramach gwarancji do przeprowadzenia przeglądu urządzenia co najmniej raz na każde 12 miesięcy jego eksploatacji, w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Każdy przegląd obejmuje wymianę niezbędnych części zamiennych oraz czyszczenie i konserwację wszystkich elementów wymagających obsługi serwisowej.", **dodaje się następujące postanowienie:** „Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku, gdy ich przeprowadzanie jest wymagane przez producenta urządzenia, oraz zgodnie z wymaganiami producenta. Jeżeli producent nie przewiduje obowiązku wykonywania okresowych przeglądów technicznych, Zamawiający nie będzie wymagał ich wykonywania przez Wykonawcę."

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67; 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
adres e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17

- **w § 6 ust. 16 projektu umowy** – dotychczasowe brzmienie: „Ostatni przegląd urządzenia w ramach gwarancji, obejmujący wymianę części zamiennych i czyszczenia elementów wymagających konserwacji powinien odbyć się w ciągu ostatniego miesiąca gwarancji" zastępuje się następującym postanowieniem: „Ostatni przegląd urządzenia w ramach gwarancji, obejmujący wymianę części zamiennych oraz czyszczenie elementów wymagających konserwacji, powinien odbyć się w ciągu ostatniego miesiąca obowiązywania gwarancji, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy producent urządzenia nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów technicznych, obowiązek wykonania ostatniego przeglądu nie znajduje zastosowania. W przypadku urządzenia, dla którego producent wymaga wykonywania okresowych przeglądów technicznych, przeglądy te będą wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta, w okresach i na zasadach przez niego określonych."

- Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego znak sprawy: ORG.272.6.2026 z dnia 25 września 2026r. , otrzymuje treść określoną w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Pozostałe postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez ZBIGNIEW KUKLA VEL KUKLEWICZ
Data: 2026.10.09 07:25:18 CEST

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67; 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
adres e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17