

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup komory do hodowli roślin z dostawą do Oddziału Centralnego Laboratorium w Łodzi”

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość (jednostka)
1.	Komora do hodowli roślin PHCbi MLR-352H	Pojemność ok. 300 litrów Minimum 5 półek - możliwość regulacji wysokości Wymiary zewnętrzne: • szerokość: 760 mm • głębokość: 700 mm • wysokość: 1835 mm Wnętrze - stal nierdzewna, dodatkowe drzwi wewnętrzne - szklane Wymuszony obieg powietrza, nawilżacz ultradźwiękowy Zakres temperatury: • od 0°C do +50°C przy wyłączonym oświetleniu • od +10°C do +50°C przy włączonym oświetleniu Zakres ustawiania wilgotności od 55% RH do 90% RH (w zależności od oświetlenia) Zakres natężenia światła: 0 do 20 000 lx z możliwością regulacji natężenia; źródło światła: świetlówki fluorescencyjne (nie LED); oświetlenie boczne z 3 stron Wbudowane alarmy: • odchylenia temperatury z regulacją • odchylenia wilgotności z regulacją • zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury z możliwością samodzielnej regulacji temperatur granicznych • niedomknięcia drzwi z możliwością regulacji czasu zwłoki Wyświetlacz LCD Panel sterowania - przyciski fizyczne i klawiaturę numeryczną (nie dopuszcza się sterowania wyłącznie przy pomocy przycisków ekranowych wyświetlanych na panelu dotykowym). Możliwość konstruowania programów zawierających do 12 zmian temperatury, wilgotności i światła w czasie oraz pamięć na min. 10 programów (opcja: funkcja łączenia programów w sekwencje) Funkcja rejestracji parametrów pracy z możliwością podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu z okresu do 10 tygodni wstecz Zasilanie 230 V, 50 Hz. Urządzenie w konfiguracji fabrycznej zgodnej ze specyfikacją producenta, niepoddawane przeróbkom i modyfikacjom. Deklaracja CE dołączona do oferty przetargowej	1 szt.

Uwagi: instalacja przez wykwalifikowany personel

Gwarancja: min. 24 m-ce

Realizacja: **do 19.12.2025**

Dostawa: **OCL w Łodzi, ul. Siewna 13a**