



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

Sekcja Administracyjno- Techniczna

AT.272.4.2026.AW

Piotrków Tryb. dnia 25 sierpnia 2026r.

Uczestnicy postępowania **-wszyscy**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem chromatografu gazowego z oprogramowaniem sterującym Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) II

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2026 poz.793 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi zapytaniem, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

Czy automatyczny podajnik (autosampler) próbek cieczy wyposażony w 1 miejsce na zlewki i odpady o pojemności aż 40 ml będzie odpowiedni dla Zamawiającego? Rozwiązanie to zapewnia znacznie większą pojemność na odpady niż stosowane w większości urzędów konkurencyjnych, w których przewidziano kilka fiolek na zlewki o pojemności zaledwie 4 ml każda.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podajnik (autosampler) powinien być wyposażony w minimum 2 miejsca na naczynka (wialki) przeznaczone na zlewki oraz minimum 2 miejsca na naczynka (wialki) przeznaczone na czyste rozpuszczalniki.

Zamawiający przypomina, że termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2026 o godzinie 09:00.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Skoczylas
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarно -
Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim
/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Piotrkowie
Trybunalskim
Aleja 3 Maja 8 | 97-300 Piotrków Trybunalski
+48 44 646 52 68
sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń : AE:PL-30677-81952-AGGAR-18

