

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET nr 1**Kolumnienki powinowactwa immunologicznego**

Lp	Nazwa towaru	wielk. opak.	Ilość op. zam.
1	Kolumnienki powinowactwa immunolog. do izolacji ochratoksyna A :objętość 3 ml, poj. 100 ng - Ochra Test WB , wymagane firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny.	op. x 25 szt.	10
2	Kolumnienki powinowactwa immunologicznego do izolacji deoksyniwalenolu: objętość 3 ml, poj. 2500 ng - Don Test WB , firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny.	op. x 25 szt.	4
3	Kolumnienki powinowactwa immunologicznego do izolacji fumonizyn: objętość 3 ml, poj. 10 ng - Fumoni Test WB , firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny.	op. x 25 szt.	1
4	Kolumnienki powinowactwa immunologicznego do izolacji mikotoksyn (Aflatoksyna B1 i suma aflatoksyn B1,B2,G1,G2) objętość 3 ml , poj. 100 ng - Alfa Test WB , firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny.	op. x 25 szt.	1
	Kolumnienki powinowactwa immunologicznego do izolacji zearaleonu: objętość 3 ml, poj. 1500 ng - Zearala Test WB , wymagane firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny.	op. x 25 szt.	2
	10 x PBS, Bufor Fosforanowy koncentrat 10x	150 ml	5
	Bufor do przemywania (Mycotoxin Wash Buffer)	200 ml	3

5	PEG (glikol polietylenowy MW-8000)	250 g	2
---	------------------------------------	-------	---

PAKIET nr 2
materiały laboratoryjne do SPE

Lp	Nazwa towaru	wielk. opak.	Ilość op. zam.
1	Kolumny spe do ekstrakcji środków ochrony roślin z wody, C18, kolumny polipropylenowe, Faza odwrócona, hydrofobowa, rekomendowana do oczyszczania niepolarnych oraz średnio polarnych związków, Wielkość złoża 500mg, Objętość kolumny 6ml, wielkość ziarna 40 do 60 µm, wielkość porów 60Å, C18, krzeionka, PH:7,0, (wt%): 99,5% , wypełnienie wygląd:drobny, biały proszek, analiza węgla-wagowo ok 20% Powierzchnia ok.495m2/g ,Objętość porów ok.75cm3/g, gęstość wypełnienia ok: 0,50g/cm3 Ze względu na przeprowadzony proces walidacyjny wymagany produkt (Thermo Scientific, 60108-305.)	Op x 30 szt	5
2	Kolumny spe do ekstrakcji WWA z wody do picia, Kolumny SPE z wypełnieniem polimerowym RP (np. modyfikowany styren-diwinilobenzen ligandami pyrrolidowymi) Rozmiar ziarna: 33 µm Rozmiar porów: 85Å Powierzchnia aktywna: 800m ² /g Stabilność pH 1-14 Masa sorbentu: 200mg Objętość kolumny: 6ml, op. x 30 szt. Ze względu na przeprowadzony proces walidacyjny wymagany produkt Phenomenex PHX-8B-S100-FCH	Op x 30 szt	3
3	Kolumna SPE QuEChERS do pestycydów w matrycach o wysokiej zawartości tłuszczu (>10 %)	op. X 50 szt.	7