



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

SAT.272.7.2026.AC

Skierniewice, dnia 16 października 2026 r.

Pytania i odpowiedzi nr 3

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę ciepłarek laboratoryjnych.
nr postępowania SAT.272.7.2026.AC

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wyświetlacza lepszego niż graficzny LED, mianowicie Elektroniczny cyfrowy sterownik PID z 7" kolorowym, panelem dotykowym?

Ad 1. Wyrażamy zgodę na Elektroniczny cyfrowy sterownik PID z 7" kolorowym, panelem dotykowym.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie inkubatora z dwoma półkami drucianymi ze stali nierdzewnej INOX?

Ad 2. Wyrażamy zgodę na inkubator z dwoma półkami drucianymi ze stali nierdzewnej.

3. Proszę o podanie, na które piętro mają zostać wniesione urządzenia oraz czy w budynku jest winda.

Ad 3. Docelowe miejsce urządzenia, to I piętro budynku bez windy.

Justyna Łukasik
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach
ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice
+48 46 833 46 00
psse.skierniewice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15