Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie

OA.272.13.2026

Częstochowa, 2026-10-16

Uczestnicy postępowania

„Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych do PSSE w Częstochowie

Zamawiający informuje, że w terminie zgodnym z art. 135 ust. 1, 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy: Załącznika nr 1f do SWZ – Formularz ofertowy i Załącznika nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, część VI - Zamrażarka ultraniskich temperatur (-80°C) o pojemności użytkowej 101 litrów wraz z usługą wzorcowania (5 punktów na każdej półce, metodą kopertową, w 1 temperaturze)
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem ze stali galwanizowanej malowanej na biało?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki z wnętrzem wykonanym ze stali galwanizowanej malowanej na biało i podtrzymuje wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wymóg zastosowania stali nierdzewnej wynika z konieczności zapewnienia wysokiej trwałości, odporności na korozję oraz możliwości wielokrotnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wewnętrznych urządzenia, w szczególności podczas jego wieloletniej eksploatacji. Zastosowanie stali nierdzewnej ogranicza również ryzyko uszkodzenia powierzchni ochronnych podczas użytkowania i konserwacji urządzenia.

Anna Nita w zastępstwie za Justyna Pawelak
Zastępca Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a KP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A | 42-200 Częstochowa
+48 34 344 99 00
psse.czestochowa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-18393-82680-AFBSW-10