

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie

PSA.272.2.1.2026.AZ

Lubaczów: 15-10-2026 r.

KOMUNIKAT O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

[Doprecyzowanie zapisów na skutek pytań oferentów]

Dotyczy zapytania ofertowego „ Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego (zamówienie z podziałem na zadania) dla Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie, znak sprawy: PSA.272.2.1.2026.AZ z dnia 07.10.2026 r.

Zamawiający informuje, że w związku z analizą pytań zgłoszonych przez potencjalnych Wykonawców oraz w celu doprecyzowania wymagań technicznych i zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i jakości urządzenia przeznaczonego do sterylizacji, dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zadania Nr 4.

Zadanie Nr 4 zapytania ofertowego dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie sterylizatora parowego (autoklawu) z wyposażeniem, otrzymuje następujące brzmienie:

„Sterylizator parowy (autoklaw) z wyposażeniem

Opis przedmiotu i inne wymagania

- autoklaw pionowy, parowy,
- wymiary gabarytowe: wys. min.910 mm, szer. min 600 mm, gł. min 500 mm,
- wymiary komory: głębokość min 580 mm, średnica min 400 mm,
- pojemność min 75 l,
- moc autoklawu 5-10 kW,
- komora autoklawu, płaszcz komory, pokrywa komory oraz wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej AISI 316L,
- rama oraz obudowa autoklawu wykonane ze stali w gatunku co najmniej AISI 304,
- temperatura pracy autoklawu 100-135°C,
- czujnik temperatury w komorze,
- liczba programów sterowania procesami sterylizacji – min. 10,
- możliwość sterylizacji podłoży mikrobiologicznych, płynów oraz szkła laboratoryjnego,
- zasilanie kotła wodą demineralizowaną,



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów
16 63 21 528
psse.lubaczow@sanepid.gov.pl

- zamknięty obieg wody chłodzącej,
- funkcja szybkiego chłodzenia przy użyciu obiegu zamkniętego wody uzdatnionej w płaszczu komory sterylizacyjnej,
- system próżniowy, umożliwiający odpowietrzanie wsadu i komory w formie próżni frakcjonowanej oraz suszenie próżniowe wsadu na zakończenie cyklu sterylizacyjnego,
- system podtrzymania ciśnienia w fazie schładzania płynnych materiałów,
- wytwornica pary zasilana wodą uzdatnioną w jakości i ilości zgodnej z wymaganiami producenta autoklawu,
- system chłodzenia kondensatu na zewnątrz zbiornika,
- pojemnik sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności ½ komory oraz dwa kosze siatkowe ze stali nierdzewnej o pojemności ½ komory każdy,
- automatyczne zamykanie pokrywy z blokadą temperaturową,
- automatyczny zapis warunków sterylizacji,
- stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem ciśnieniowym wody uzdatnionej,
- sprężarka powietrza,
- serwis producenta na terenie kraju,
- wbudowana drukarka do dokumentowania parametrów sterylizacji,
- gwarancja 24 miesiące,
- montaż autoklawu na miejscu,
- szkolenie personelu z obsługi i konserwacji urządzenia.”

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia **26.10.2026 r.**

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany przy przygotowywaniu ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli już oferty przed publikacją niniejszego komunikatu mają prawo do ich wycofania i złożenia ofert poprawionych w nowym terminie.

Niniejsza komunikat oraz aktualna, ujednolicona treść zapytania ofertowego zostają opublikowane w miejscu udostępnienia pierwotnego zapytania ofertowego – Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Lubaczowie.



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Krzysztof
Lichacz

Date / Data: 2026-
10-15 13:45