

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie

PSA.272.2.1.2026.AZ

Lubaczów: 14-10-2026 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY W RAMACH OGŁOSZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego „Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego (zamówienie z podziałem na zadania) dla Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie w odpowiedzi na pismo z dnia 09.10.2026 r., dotyczące zapytania w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego dla PSSE w Lubaczowie – znak sprawy: PSA.272.2.1.2026.AZ, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach gabarytowych: wys. 91,5 cm, szer. 74 cm, gł. 60 cm, przy zachowaniu wymaganych wymiarów komory oraz wymaganej pojemności?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z komorą ze stali nierdzewnej oraz obudową wykonaną ze stali węglowej zabezpieczonej proszkowo?
Stal zabezpieczona proszkowo charakteryzuje się trwałością, odpornością na środki chemiczne oraz jest łatwa do utrzymania w czystości i nie wymaga okresowej konserwacji.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymagany jest autoklaw z obudową, komorą cylindryczną oraz drzwiami komory cylindrycznej ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga zamkniętego obiegu wody chłodzącej.
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z powyższym wymogiem, Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał system szybkiego chłodzenia wodą w postaci zintegrowanego płaszcza wodnego oraz system recyrkulacji wody chłodzącej.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów
16 63 21 528
psse.lubaczow@sanepid.gov.pl

Odpowiedź: Tak - w odniesieniu do pierwszej części pytania – wymagany jest autoklaw posiadający funkcję szybkiego chłodzenia w postaci obiegu wody w płaszczu komory w obiegu zamkniętym. System recyrkulacji wody chłodzącej, nie dotyczy opisu przedmiotu w zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniowy przepływowy system uzdatniania wody do zasilania autoklawu, który nie wymaga dodatkowych zbiorników?

Tego typu rozwiązanie jest korzystniejsze, ponieważ zajmuje mniej miejsca i jest bezobsługowe (zbiorniki wymagają okresowej sanityzacji).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wymagany jest autoklaw ze stacją uzdatniania wody ze zbiornikiem ciśnieniowym.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw, który zamiast drukarki będzie miał funkcję automatycznego generowania raportu po każdym cyklu sterylizacji i zapisu go w formacie PDF? Pliki będzie można przenieść za pomocą portu USB.

Jest to rozwiązanie równoważne, a do tego nie generuje dodatkowych kosztów w postaci tuszu czy papieru do drukarki.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wymagany jest autoklaw wraz z drukarką do dokumentowania parametrów sterylizacji.

Pytanie nr 6: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie drogi transportowej do miejsca docelowego dla autoklawu? Czy konieczne będzie wnoszenie urządzenia po schodach do budynku bądź wewnątrz budynku na wyższy kondygnacje?

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia dostawa wymagana jest do siedziby firmy.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Lichacz

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie

Podpisano elektronicznie