

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie

PSA.272.2.1.2026.AZ

Lubaczów: 15-10-2026 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY W RAMACH OGŁOSZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego „ Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego (zamówienie z podziałem na zadania) dla Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lubaczowie w odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2026 r., dotyczącego zapytania w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego dla PSSE w Lubaczowie – znak sprawy: PSA.272.2.1.2026.AZ, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga dostawy:

Autoklawu wyposażonego w funkcję szybkiego chodzenia w postaci obiegu wody uzdatnionej w płaszczu komory w obiegu zamkniętym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga dostawy:

Autoklawu wyposażonego w pompę próżniową umożliwiającą odpowietrzanie komory w postaci próżni frakcjonowanej i suszenia próżniowego ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga dostawy:

Systemu podtrzymania ciśnienia w fazie schładzania płynów ?

Odpowiedź: Tak



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów
16 63 21 528
psse.lubaczow@sanepid.gov.pl

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga dostawy:

Autoklawu , gdzie komora, płaszcz komory, drzwi komory oraz wytwornica pary są wykonane ze stali nie gorszej niż AISI 316L?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga dostawy:

Autoklawu, gdzie rama oraz obudowa autoklawu są wykonane ze stali nie gorszej niż AISI304?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga dostawy:

Gdzie wytwornica pary jest zasilana wodą uzdatnioną, zgodnie z wymogami producenta autoklawu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wymaga dostawy:

Gdzie w dostawie jest pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności ½ komory oraz dwa kosze z siatki ze stali nierdzewnej o pojemności ½ komory.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga dostawy:

Gdzie w dostawie są razem z autoklawem wszystkie wyposażenia, niezbędne do zapewnienia pracy autoklawu ?

Odpowiedź: Tak

Z wyrazami szacunku

Tomasz Lichacz

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie

Podpisano elektronicznie