



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu**

Poznań, 30-04-2026 r.

STRONA ZAMAWIAJĄCEGO

Dot. postępowanie nr OPO.D-2-6.2431.8.2026

Dostawy komory termostaticznej.

1. Pytanie 1

„Czy dopuszcza się nośność półki 10 kg ? Czy dopuszcza się nośność całkowitą 30 kg?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymaganej minimalnej nośności pojedynczej półki. Pozostaje min. 15kg.

Zamawiający dopuszcza zmianę minimalnej całkowitej nośności z 50kg na 45kg.

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Jakub Raszewski
Naczelnik Wydziału Technologii i Jakości budowy
Dróg