Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kaliszu

Kalisz, 2026-09-25

OEA-ST.272.5.5.2026

Sprawę prowadzi: Paulina Górska
+48 62 76 77 641
paulina.gorska@sanepid.gov.pl

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego zestaw do ekstrakcji

Szanowni Państwo

Informuję, że do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego wpłynęły pytania do ZADANIE IX – dostawa 24-stanowiskowego ręcznego zestawu do ekstrakcji BAKER SPE24G. Poniżej przesyłam treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 110 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczania deklaracji zgodności CE, potwierdzającej spełnienie obowiązujących wymagań Unii Europejskiej?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu autoryzowanego serwisu w Polsce?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o podanej specyfikacji technicznej?
- komora próżniowa ze szkła;
- pokrywa górna wykonana jest z polietylenu (PE) wysokiej gęstości, charakteryzującego się dużą odpornością chemiczną, posiadająca podwójną funkcję pozwalającą użytkownikowi pracować trybie „odpady” lub „zbieranie”;
- igły ze stali szlachetnej w obudowie z tworzywa PP opakowanie 30 szt.;
- igły z tworzywa PP opakowanie 30 szt.;
- zawór regulujący próżnię z wakuometrem kontrolnym oraz zawór zwalniający próżnię z pierścieniem kulowym.
- statyw z tworzywa PP na odbieralniki eluatu wraz z lejkiem do odprowadzania zlewek- min. 3 półki różnej wielkości

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028

(1 półka posiadająca otwory o średnicy 13 x 100 mm; 1 półka posiadająca otwory o średnicy 16 x 100 mm; 1 półka posiadająca otwory o średnicy 10 x 75 mm z zaciskami do podtrzymywania półek);
- korki do zamykania otworów zapewniające utrzymanie warunków próżni
min. wielkość opakowania 30 szt.;
- długie zawory z polipropylenu do systemu SPE, do rezerwuarów, filtrów i kolumienek SPE
min. wielkość opakowania 40 szt.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu SPE 24-stanowiskowego o poniżej specyfikacji technicznej:
Kompletny zestaw SPE (kolektor próżniowy na 24 stanowiska). W skład zestawu wchodzą:
szklana komora z pokrywą (wymiary pokrywy: 33.9 x 2.6 x 14.3 cm) (kompletna, w tym 4 nóżki, złącza Luer, uszczelka pokrywy),
24 wymienne igły (PP),
1 wakuometr wraz z zaworem regulacyjnym,
24 zawory typu Luer,
24 zatyczki (korki do zamykania otworów, które zapewniają utrzymanie próżni),
regulowany statyw (z 4 półkami)
zbiornik z PP (pojemnik na odpady),
dodatkowo: 24 zawory metalowe z elementami uszczelniającymi wykonanymi z materiału odpornego chemicznie.
Wyposażenie dodatkowe zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6

Czy Zamawiający do powyższego opisu wymaga igieł metalowych czy akceptuje zawarte w zestawie igły z PP?

Odpowiedź: Akceptuje

Z wyrazami

Z wyrazami szacunku

Mariola Ratajczyk
Z-ca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

/dokument podpisany elektronicznie/