Załącznik nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się
ustawy Prawo zamówień publicznych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu
ul. Skłodowskiej-Curie 8,
39-300 Mielec
Tel.17 5863021, 17 586 33 43
Fax 17 7805343;
Adres e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl
Adres e-Doręczeń: AE:PL-99425-41884-GWJFI-21

Znak sprawy: PSA.272.7.2026

Mielec, dnia 20.10.2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego (zamówienie z podziałem na zadania) dla Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu"

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu sprzętu laboratoryjnego.
Postępowanie zostało podzielone na następujące odrębne zadania:
ZADANIE Nr 1 - zakup i dostawa Zestawu metalowego do filtracji membranowej
ZADANIE Nr 2 - zakup i dostawa Zamrażarki niskotemperaturowej.
ZADANIE Nr 3 - zakup i dostawa Cieplarki laboratoryjnej.
ZADANIE Nr 4 - zakup i dostawa Sterylizatora parowego (Autoklawu).
ZADANIE Nr 5 - zakup i dostawa Demineralizatora .

Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE Nr 1 -Zestaw metalowy do filtracji membranowej

Opis przedmiotu i inne wymagania:
- ilość stanowisk 3,
- lejki ze stali nierdzewnej o poj. 500ml,
- podziałka objętości wewnątrz lejków,
- możliwość filtrowania próbek o objętości 50-500ml,
- wymiary: [mm] (szer./gł./wys.): min.450/ min.140, min.250,

- dopasowany do filtrów o średnicy 47 lub 50mm,
- gwarancja 24 miesiące.

ZADANIE Nr 2 - Zamrażarka niskotemperaturowa

Opis przedmiotu i inne wymagania

- zakres temperatury pracy do co najmniej - 86 °C
- pojemność około 90l
- wnętrze komory ze stali nierdzewnej,
- alarm m.in. wysoka/niska temperatura, awarie itp.
- rejestrator danych,
- wymiary zewnętrzne nieprzekraczające 850mm/950mm/800mm (wys./ szer./ gł.),
- materiał komory: stal nierdzewna,
- ekologiczny czynnik chłodniczy,
- gwarancja 24 miesiące,
- zasilanie 230V
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego

ZADANIE Nr 3 - Cieplarka laboratoryjna

Opis przedmiotu i inne wymagania

- obieg powietrza- naturalny,
- pojemność użytkowa komory min. 55l,
- materiał komory: stal nierdzewna,
- wymiary zewnętrzne nieprzekraczające: (szer./wys./gł.) 600mm/ 750mm/650mm,
- wymiary komory wewnętrznej min: (szer./wys./gł.): 350mm/350mm/ 350mm,
- zakres temp. pracy: +5 powyżej temperatury otoczenia +100 °C,
- regulacja temperatury co 0,1 °C,
- alarm przekroczenia od temperatury zadanej,
- wewnętrzne drzwi szklane,
- otwór do wprowadzania dodatkowych czujników,
- ilość półek- 2,
- protokół kontroli jakości w +37°C,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego
- gwarancja 24 miesiące.

ZADANIE Nr 4 - Sterylizator parowy (autoklaw) z wyposażeniem

Opis przedmiotu i inne wymagania

- autoklaw pionowy, parowy,
- wymiary zewnętrzne nieprzekraczające: wys.950 mm, szer.750 mm, gł.600 mm,
- wymiary komory min: głębokość 600 mm, średnica 400 mm,
- pojemność min 80 l,
- moc autoklawu 5-10 kW,
- obudowa, komora cylindryczna oraz drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej,
- temperatura pracy autoklawu 100-135°C,
- czujnik temperatury w komorze,
- liczba programów sterowania procesami sterylizacji - min. 10,
- możliwość sterylizacji podłoży mikrobiologicznych, płynów oraz szkła laboratoryjnego,
- zasilanie kotła wodą destylowaną,
- kosz/pojemnik sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej- min. 2 szt.
- automatyczne zamykanie pokrywy,
- automatyczny zapis warunków sterylizacji,
- stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem ciśnieniowym,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego
- drukarka do dokumentowania parametrów sterylizacji,
- gwarancja 24 miesiące,
- montaż autoklawu na miejscu,
- szkolenie personelu z obsługi i konserwacji urządzenia.

ZADANIE Nr 5

Demineralizator wraz z niezbędnym wyposażeniem

Opis przedmiotu i inne wymagania

- wyposażony w pompkę,
- zbiornik min.10l,
- zasilanie wodą wodociągową o temp. 5-40°C,
- konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,
- alarmy sygnalizujące wymianę modułów,
- wyposażony w złącze do komunikacji z komputerem,
- wyposażony w manometr ciśnienia wody zasilającej,
- przy pełnym zbiorniku automatyczne zatrzymanie pracy systemu,
- wymiary nieprzekraczające: szer. 250mm, gł.400mm, wys.450mm,
- zbiornik min. $10dm^3$
- zestaw filtrów do wymiany (min.2 komplety),
- woda oczyszczona w urządzeniu ma spełniać wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego.

2. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
3. Miejsce i termin złożenia ofert oraz sposób złożenia ofert:
   a. Sporządzoną ofertę cenową na załączonym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego **należy złożyć w terminie do dnia – 28.10.2026 r. do godz. 13.00.**
   b. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
   c. Zaoferowana cena musi być wyrażona w cenach netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
   d. Cena musi obejmować inne koszty nie wymienione, a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca, włącznie z dostawą przedmiotu zamówienia i winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   e. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
   f. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
   g. Ofertę można przesłać pocztą, elektronicznie na adres: psse.mielec@sanepid.gov.pl ,adres e-Doręczeń: AE:PL-99425-41884-GWJFI-21 lub złożyć w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu, ul. Skłodowskiej-Curie 8, 39-300 Mielec, pisemnie w zamkniętej kopercie odpowiednio opisanej: „Oferta na zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego, nie otwierać przed terminem rozpatrzenia ofert". Za termin złożenia oferty zostanie uznany dzień wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu, ul. Skłodowskiej-Curie 8, 39-300 Mielec.
   h. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   i. W przypadku braku jasności dotyczących składania ofert, oraz wynikłych w trakcie procedury niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania wyjaśnień i prowadzenia dalszych negocjacji.

4. Miejsce i termin otwarcia ofert:
   Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28.10.2025r. o godz. 13.30 w siedzibie PSSE w Mielcu, ul. Skłodowskiej-Curie 8, 39-300 Mielec.

5. Opis kryteriów oceny ofert:
   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   - cena 100 %
   Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

6. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca powinien załączyć wraz z ofertą:
Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z zapytania ofertowego (załącznik nr 1).

7. Warunki realizacji zamówienia:
   1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejszą ofertą w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 2.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
   3. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu

ofertowym.

4. Zamawiający może udzielać odpowiedzi, wyjaśnień oraz modyfikacji w prowadzonym zapytaniu.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą w zakresie ceny, jeżeli cena najtańszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
8. Informacja o wyborze oferty będzie przekazana wszystkim Wykonawcom biorącym udział w zapytaniu ofertowym.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą
12. Zamawiający dokona płatności po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
13. Termin płatności faktury VAT - minimum 21 dni od daty wystawienia faktury, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
14. Integralną część zapytania ofertowego stanowi:
    a) Formularz ofertowy (załącznik do Zapytania ofertowego),
    b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
    c) Klauzula informacyjna RODO
15. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

    Łukasz Fitał 17 586 30 21 wew. 17, e-mail: lukasz.fital@sanepid.gov.pl

    Jolanta Halaburda 17 586 30 21 wew. 23, e-mail: jolanta.halaburda@sanepid.gov.pl

DYREKTOR PSSE
w Mielcu
Grażyna Kucharczyk

.....

podpis Zamawiającego

Do zapytania załączono:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z zapytania ofertowego
3. Klauzula informacyjna RODO
4. Wzór umowy