Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kaliszu

Kalisz, 2026-09-24

OEA-ST.272.5.4.2026

Sprawę prowadzi: Paulina Górska
+48 62 76 77 641
paulina.gorska@sanepid.gov.pl

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego (zmywarka laboratoryjna)

Szanowni Państwo

Informuję, że do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego wpłynęły pytania. ZADANIE VIII – dostawa zmywarki laboratoryjnej Miele PLW8693 (SST DS10) z systemem wody demineralizowanej. Poniżej przesyłam treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy 2 przeglądy w czasie trwania gwarancji to jeden przegląd dejonizatora i jeden zmywarki po 1 roku?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Czy zamiast 30 cm półki pod zmywarkę zgodzą się Państwo na cokół/szafkę, która oprócz tego, że podniesie komorę zmywarki o 44 cm (łatwiejsze ładowanie i rozładunek) to również służy jako szafka na chemię procesową. Automatycznie dejonizator może mieć wtedy mniejsze/standardowe wymiary i zmieści się na blacie laboratoryjnym.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Czy dopuszczalny jest produkt równoważny do specyfikacji demineralizatora spełniający wymogi OPZ?

Odpowiedź: TAK

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści brak miejsca na pojemniki z chemią myjącą do zmywarki przy demineralizatorze?

Odpowiedź: TAK

Z wyrazami szacunku

Mariola Ratajczyk
Z-ca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

/dokument podpisany elektronicznie/